

表2

## 政府采购项目详细需求表

预算单位(章) 海南省第三人民医院

金额单位:元

序号	采购项目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口产品	备注
	合计					1058000		
1	医用内窥镜摄像系统(内窥镜摄像系统)	支持U盘存储1080P录像和图片;网络直播功能;主机附带8寸显示屏;	1	台	560,000.00	560,000.00	国产	第1包
2	食管镜及配套手术器械(食道镜)	带光纤食管窥镜的照度不低于3000lx;导光束插头与插座之间配合良好,无过紧过松现象;食管镜在窥视管内应插拔自如,无卡顿现象;	1	套	38,000.00	38,000.00	国产	第2包
3	可视软性喉镜(可视支气管软镜)	分辨率:≥9.92 Lp/mm;镜管直径:≤5.3mm;景深:3~100mm;显示屏转动角度:左右0°~180°,上下:0°~180°;储存容量:可存储照片数量≥10万张;可存储录像时长≥3小时;	1	条	290,000.00	290,000.00	国产	第3包
4	全自动内镜清洗消毒机(全自动洗消机)	可对软式内镜如胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声镜等进行漂漏、清洗、消毒、酒精、干燥全过程自动完成。并可对吸引/送水气按钮、活检帽及活检阀进行超声清洗;机器内置0.2um孔径PET材质空气过滤系统,可对进行吹干的空气中细菌、病毒进行有效阻隔,防止二次污染;	1	台	170,000.00	170,000.00	国产	

## 备注:

1. 预算单位原则上应通过GPMIS采购系统报备政府采购计划,通过填写本报备表报备政府采购计划仅限于:①资格招标;②资金尚未落实的采购项目(如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等);③未实行国库集中支付管理的单位。
2. 资金尚未落实的采购项目,应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见,再送政府采购管理科备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指:教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的,请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认,并提供科研仪器设备的认定意见。
6. 政府采购项目涉及进口产品的,预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理,高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的,无需重复组织专家论证,可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的,需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。

9. 本表分表1和表2,表1为三亚市政府采购计划备案(审核)表,表2为政府采购项目详细需求表(填写时可增加附页);预算单位应提交本表一式三份,一份留政府采购监督管理科备查,一份交预算单位,一份交代理机构。

10. 通过本报备表报备政府采购计划的,采购完成需付款时,必须在GPMIS采购系统补报采购计划,录入采购订单,完成系统中的操作(PPP项目、棚改购买服务项目除

11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件”(http://www.sanya.gov.cn/)下载。