

表2

# 政府采购项目详细需求表

预算单位(章):

金额单位:元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口	备注
	<b>合计</b>					9,010,000		
1	体外循环机	四泵位底座,万向轮可单向锁定,移动方便,各泵位之间可任意移动,互换;数字化控制滚压泵,可正转、反转。具有单头和双头泵;监测范围: +997mmHg~-997mmHg,最小分度1mmHg。每导压力监测均可设置高、低压限制等。	1	台	4,350,000	4,350,000	是	第1包
2	A-EMG面神经功能分析仪	通过针电极对肌肉中运动单位进行分析,可以明确判别神经源性损伤还是肌源性损伤,超强刺激神经于后角细胞的回返放电,可以反映近端运动神经功能,将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式,打印到纸上或形成PDF文件等。	1	台	400,000	400,000	否	第2包
3	胶囊式内窥镜系统	输出格式: BMP格式, JPEG格式, AVI格式, HTML报告单, 显示帧频率: 0.25-30fps, 具有多幅显示功能, 可显示1/2/4/8/15幅图像等。	1	台	430,000	430,000	否	第2包
4	Act监测仪	360°全范围检测系统,可在纤维形成之前检测到血凝块,而且不受血凝块形成之干扰;肝素监控浓度: 0-10单位肝素;采血量: 2ml等。	1	台	100,000	100,000	否	第3包
5	胸骨锯	电池、马达、控制模块三合一,无需消毒,往复频率: 约11000次/分钟,往复范围: 约4mm,带胸膜保护套等。	1	台	100,000	100,000	是	第3包
6	开胸器	材质: 钛合金, 外科牵开器: 齿条250MM, 固定臂190MM等。	1	台	50,000	50,000	否	第3包
7	头灯	LED手术用头灯,运行功率: 3.0瓦,单块电池充电次数≥300次,头灯寿命≥50000小时等。	1	台	30,000	30,000	是	第3包
8	手术放大镜	放大倍数: 3.5倍,重量不大于76.0g,镜框: 纯钛,具有完美的景深,提供真实的色彩还原等。	1	台	50,000	50,000	是	第3包
9	心脏直视手术器械	进口。	1	套	2,000,000	2,000,000	是	第3包
10	大隐静脉射频消融机	射频信号的基频设为 460.8 kHz, 静脉腔内射频闭合导管最大电压(电压峰值) ≤ 206Vpeak; 最大功率输出对应的有功负载为45-400Ω; 最大功率≤40W等。	1	台	650,000	650,000	是	第3包
11	中央监护系统	主机: 2GB DDR内存, 双硬盘设计; 显示器19寸TFT液晶屏, 双屏系统; 最多支持记录9通道144小时全息数据。	1	台	650,000	650,000	是	第3包
12	除颤仪	采用低能量双向波除颤技术,能有效终止成人室颤的首次除颤能量值: ≤120焦耳,除颤电极片导联及标准3导联心电图监护等。	1	台	200,000	200,000	是	第3包

备注:

1. 预算单位原则上应通过GFMS采购系统报备政府采购计划,通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目(如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。

2. 资金尚未落实的采购项目,应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见,再送政府采购管理科备案。

3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。

4. 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。