

海南政府采购文件



和正招标
HEZHENG TENDER

采购方式：竞争性谈判

项目编号：HNHZ2020-191

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空
灭菌器设备采购

采购人：屯昌县计划生育服务中心

采购代理机构：海南和正招标有限公司

二零二零年九月

目 录

第一部分	竞争性谈判邀请函·····	(1)
第二部分	供应商须知·····	(4)
第三部分	用户需求书·····	(12)
第四部分	合同条款及格式·····	(18)
第五部分	响应文件格式·····	(22)

第一部分 竞争性谈判邀请函

项目概况

彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购 项目的潜在供应商应在海口市大英山东一路 10 号国瑞城铂仕苑 3 栋 2 单元 1002 室获取谈判文件，并于 2020 年 9 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：HNHZ2020-191
- 2、项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：150 万元
- 5、最高限价：150 万元
- 6、采购需求：详见《用户需求书》
- 7、合同履行期限（交付时间）：合同签订之日起 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
- 8、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1、在中华人民共和国注册并具有独立承担民事责任能力的企业法人（提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本）；
 - 3.2、供应商须具有缴纳税收和社保资金的良好记录（需提供近一年内任意 1 个月纳税证明和社保证明材料）；
 - 3.3、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - 3.4、供应商为所投产品制造商的，须提供医疗器械生产企业许可证；或供应商非所投产品制造商的，所投产品属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；



- 3.5、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）不存在与本项目其他潜在供应商的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。（提供以上三个网站信息查询结果界面截图并加盖供应商公章，查询起始日期为谈判公告发布之日起）；
- 3.6、购买本项目谈判文件并缴纳谈判保证金；
- 3.7、本项目不接受进口产品投标。

三、获取谈判文件

- 1、时间：2020年9月14日至2020年9月17日，每天上午09:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
- 2、地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室
- 3、方式：现场购买
- 1) 法人授权委托书、法人身份证明、被授权人身份证、营业执照副本及以上申请人资格中要求的其他相关材料；
- 2) 以上材料验原件收单位公章复印件（法人授权委托书收原件）
- 4、售价：人民币300元/份（售后不退）

四、响应文件提交

- 1、截止时间：2020年9月18日10点00分（北京时间）；
- 2、地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。

五、开启

- 1、时间：2020年9月18日10点00分（北京时间）；
- 2、地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

信息公布：公告、谈判文件修改或澄清等信息，将在海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）及全国公共资源交易平台(海南省)（<http://www.hn.gov.cn/>）



//zw.hainan.gov.cn/ggzy/) 媒体上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：屯昌县计划生育服务中心

地址：屯昌县

联系方式：杨先生 0898-67830447

2、采购代理机构信息

名称：海南和正招标有限公司

地址：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室

联系方式：杨小姐 0898-66261680

3、项目联系方式

项目联系人：黄蕾燕

电话：18889861955

第二部分 供应商须知

序号	项 目	主 要 内 容
1	采购预算金额	人民币 1,500,000.00 元。
2	谈判保证金	人民币 10,000.00 元。
3	保证金支付	保证金须在开标前到账。
4	谈判保证金汇入 账户	开户名称: 海南和正招标有限公司 账 号: 46001002537052500961 开户银行: 建设银行海口国兴大道支行 备 注: 缴付 HNHZ2020-191, 谈判保证金 注: 谈判保证金须以供应商名下对公银行账户转账缴付, 若供应商在谈判时间前未按要求方式足额及时缴纳的, 均视为无效响应且其响应文件将被拒收。
5	采购代理服务费	收费依据及标准: 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号) 规定标准向成交人收取采购代理服务费。
6	报价方式	在谈判中, 进行口头报价。报价经打印, 由供应商授权代表签名并按上手印或盖章, 并经竞争性谈判小组签名确认。
7	响应有效期	响应有效期为从谈判截止之日起计算的 <u>90</u> 天, 有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
8	响应文件数量	纸质响应文件三册 (正本一册, 副本二册)。
9	评审方法	最低价评标法: 在满足谈判文件的前提下, 且质量和服务相等的情况下, 按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商

二、概念释义

1. 适用法律

本次招标采购货物适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和《海南省省级政府采购管理实施办法》及相关法律、法规和规章。

2. 释义

2.1 采购人:指屯昌县计划生育服务中心, 负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与确认, 作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价等义务。

2.2 采购代理机构:指海南和正招标有限公司(简称“和正公司”), 组织实施政府采购项目的招标; 制定实施集中招标活动的具体操作规程; 受理供应商的询问或质疑; 不以任何身份出任竞争性谈判小组成员。

2.3 供应商:系指在海南和正招标有限公司报名购买谈判文件, 响应招标、符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 2.4 **竞争性谈判小组**：是依法组建，负责本次招标的评审工作的临时性机构。
- 2.5 **实质性响应**：是指符合响应文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- 2.6 **正偏离**：是指投标参数符合国家或行业标准，不仅能够满足采购人使用需求，且该参数超出采购人对该项指标的要求。
- 2.7 **负偏离**：是指投标参数不符合国家或行业标准，或不能（不完全）满足采购人提出的对该参数的需求，或该参数指标在该领域处于低下水平。
- 2.8 **符合(无偏离)**：是指投标参数符合国家标准或行业标准，且能够满足采购人对该项参数要求。
- 2.9 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。
3. 合格的供应商、合格的货物和服务
- 3.1 供应商须在中国大陆境内有合法工商登记注册，符合政府采购法规核定的必备条件，满足本项目对供应商资格及相关重要要求。
- 3.2 国内制造商参加竞争性谈判须满足：在中国大陆注册的生产经营性法人企业，符合相应的专业技术条件和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的合法设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障等。
- 3.3 非制造商(即代理经销商)参加竞争性谈判须满足：属于其合法有效的经营范围，遵从制造商或其在中国区域或省级区域代理经销商所核定的经营范围和供货渠道，符合专业技术条件和能力，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和便利的售后服务保障等。
- 3.4 针对同一产品的投标报价具有唯一性。不接受任何供应商的选择性投标方案，否则该投标将视为无效投标。
- 3.5 供应商提供的所有货物，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
- 3.6 货物为近期内原厂制造的全新合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证。
- 3.7 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此导致采购人误侵权的损失由供应商承担。
- 3.8 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

三、谈判文件说明

1. 谈判文件是阐明采购人所需货物及服务的基本要求性文件，谈判文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。
2. 谈判文件以纸质文件制作，由竞争性谈判邀请函、供应商须知、用户需求书、合同条款及响应文件格式共五部分组成。
3. 供应商必须认真阅读理解谈判文件的各项要求，如有任何疑问应在谈判前 24 小时以书

面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构将及时予以回复，逾期不受理。

4. 采购代理机构在采购项目过程中，有权要求供应商或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。

5. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件具有同等法律效力，确认方视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

6. 对技术参数、商务参数等出现带“▲”或“★”标志的为必须满足参数，如失真、缺漏和负偏离将导致响应文件无效。

7. 需要出具产品销售授权书时，授权方必须是制造商或其在中国大陆省级或以上区域的代理经销商；任何一个授权方，均负有监督约束供货渠道、质量和售后服务保障，履行投标承诺和供货合同等相关连带责任和义务。

四、响应文件的制作

1. 原则

1.1 供应商应保证所提供的资料的真实性、准确性，否则采购代理机构将依法终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.2 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次竞争性谈判而发生的一切费用。

2. 响应文件的组成

2.1、按谈判文件中“第五部分 响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成响应文件。

2.2、响应文件应包含正本一册、副本二册，正本、副本文件均应分开装订并密封，封口处应加盖骑缝章，并注明：“**请勿在谈判时间之前启封**”加盖供应商公章确认密封，响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。如正本和副本内容不一致，以正本为准。

2.3、响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

2.4、响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5、任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代理人在旁边签字后方为有效

2.6、所有密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见响应文件格式）。

3. 投标报价

3.1 投标报价是供应商在可独立履行项目合同义务，通过准确核算，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价。对在响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

3.2 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对消耗材料、常用配备件、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

3.3 投标报价将作为评审的重要依据之一，如果投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

4. 投标报价勘误修正准则：

4.1 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以竞争性谈判小组审定通过方为有效。

5. 谈判保证金及招标代理服务费

5.1 供应商必须在谈判前按谈判文件要求缴纳谈判保证金。谈判保证金必须采用银行转账形式缴纳，不接纳支票和其它票证，供应商未按要求缴纳谈判保证金，采购代理机构有权拒绝接收其响应文件。

5.2 谈判保证金：成交人的谈判保证金将在领取《成交通知书》并签订《采购合同》后5个工作日内无息全额退还；未成交供应商的保证金，在成交公告发出后5个工作日内予以无息退还。

5.3 招标代理服务费：采购代理机构按照国家相关规定向成交人收取招标代理服务费。

6. 响应有效期

6.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期期满前，要求供应商延长其响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，延长响应有效期的要求与答复均要求为书面形式。

五、竞争性谈判

1、采购代理机构按竞争性谈判邀请函规定的时间和地点组织竞争性谈判采购。

2、递交响应文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何响应文件。开标前将由监督人员或供应商自选代表对全部响应文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再进行开标

3、供应商的授权代理人必须携带《法定代表人授权书》及谈判保证金转账、汇款的银行回单、《谈判保证金退付书》及个人身份证亲自出席开标全程或响应临时询问，其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

六、竞争性谈判小组的组成及工作要求

1. 竞争性谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合采购货物的特点，组建的专门负责本次竞争性谈判工作的临时性机构，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，该谈判小组独立工作，负责确定谈判文件，评审所有响应文件并确定能够进入谈判阶段的供应商，与供应商进行谈判，向采购人推荐成交候选人。竞争性谈判小组对“响应文件”进行审查、质疑、评估和比较。

2. 竞争性谈判小组将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和响应文件要求进行评审。如发现竞争性谈判小组的工作明显偏离响应文件的要求，或明显违反国家法律法规，经监督部门同意，可以解散竞争性谈判小组，重新组织招标或者评审，并依法追究有关部门人员的法律责任。

七、谈判和评审

1. 谈判评审流程：

1.1 项目介绍：

主持人介绍参与开标会相关人员、项目基本情况、采购人陈述采购需求、宣读评审纪律、讲解评审标准。

1.2 谈判评审：

1.2.1 竞争性谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。竞争性谈判小组对响应文件的评审进行资格性和符合性审查。

1.2.2.1 根据财政部、工业和信息化部 2012 年 1 月 1 日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*(1-2%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*(1-1%)；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函及相关权威部门出具的证明文件且获得竞争性谈判小组成员的一致认可通过，方为有效，否则无效。

1.2.2 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商。

1.2.3 评审流程分为二个阶段：

第一阶段：由主持人公布各供应商的开标一览表中的报价（即第一轮报价）

第二阶段：资格审查（竞争性谈判小组对各供应商的资质进行资格性和符合性审查）

通过资格审查的供应商由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注：只有通过资格审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

1.2.4 资格审查：竞争性谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效投标处理。资格审查的内容主要以 1.2.5.1《初步审查表》中要求的为主，资格评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格评审。否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 1) 不满足供应商资格要求；
- 2) 响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权；
- 3) 未按响应文件要求的金额提交谈判保证金；
- 4) 交货期、工期或响应有效期不满足谈判文件要求；
- 5) 竞争性谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求；

- 6) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离；
 7) 不满足谈判文件规定的其它条件。

1.2.4.1 初步审查表

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行报价，漏报其报价将被拒绝			
4	技术响应	供应商的技术参数、功能或资质是否全部满足			
5	谈判保证金	是否足额提交谈判保证金的			
6	响应有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货期或工期	是否满足谈判文件要求			
8	其它	无其它无效响应认定条件			
结 论					
评委：(组长) _____ (组员) _____					日期：_____
注： 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。					

1.2.4.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

1.2.4.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

1.2.5 成交原则： 供应商有效报价达到 3 家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注： (1) “有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

- (2) 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准。

(3) 与项目相关的其他费用应视为包括在报价之内。

2、相关要求：

2.1 供应商提供的文件必须真实、充分、全面。竞争性谈判小组仅对供应商提交的文件进行表面真实性的审核，在谈判评审过程中乃至成交后，如发现供应商所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其成交资格并追究其法律责任。

2.2 竞争性谈判小组认为有必要时，将向供应商就响应文件内容进行询问。供应商须如实应询答复，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代理人签署后将作为响应文件不可分割的内容。

3. 如果发现下列情况之一者，其响应文件将被拒绝或作无效文件处理：

3.1 在近三年内参与海南省政府采购等相关活动中有不良行为记录或正处于处罚期内；

3.2 以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段参与报价，违反了诚实信用、公平竞争原则；

3.3 供应商之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

3.4 响应文件制作明显不符合要求：无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

3.5 不符合专业条件；

3.6 没有按要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；

3.7 拒绝、对抗竞争性谈判小组所作的决定或合理要求；

3.8 符合谈判文件中载明会导致无效报价的其它规定和要求。

3.9 未缴纳购买谈判文件费用及未缴纳谈判保证金；

3.10 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.11 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4. 废标条件与处理：

本项目或独立包组出现下列条件之一则定作废标：

4.1 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

4.2 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须立即中止或取消。

符合第 4.1 条废标条件时，采购代理机构将情况报告采购人，经采购人同意后重新组织其他采购方式，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商；

4.3 供应商的投标报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受。

5. 推荐结果

5.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将竞争性谈判小组推荐的评审结果送达采购人确认。

八、评定成交

1. 成交

- 1.1 采购人从竞争性谈判小组推荐的成交候选人中确定最低报价排名第一的为成交人。
- 1.2 成交人因不可抗力或者自身原因不能按要求签订或履行本项目购销合同的，采购人可与排名在成交人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

2. 成交通知

2.1 供应商被确定为成交人后，将在海南省政府采购网 (<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>) 及全国公共资源交易平台(海南省) (<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 媒体上公告。公告期内没有任何质疑申诉时，采购代理机构即向成交人发出《成交通知书》，不在成交人名单之列者即为落标。

2.2 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

2.3 在未取得合法理由而获批复前，成交人擅自放弃成交资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

3. 合同签订

3.1 成交人应按照《成交通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，没收其谈判保证金。

3.2 响应文件、成交人的响应文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对响应文件及澄清文件中出现歧义、不确定的内容等解释以采购代理机构的理解为准。

4. 质疑与投诉

4.1 供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式向采购代理机构提出质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

4.2 若对响应文件中存有倾向性、排斥性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在上述时间内以书面形式及时直接向采购代理机构提出。

4.3 对成交候选人或供应商的报价行为提出质疑时，被质疑者应给予书面澄清回复，其响应文件内容应配合予以公开接受任何形式的审查核实。

4.4 通过质疑仍未获得有效解决时，可依法定时间和程序提出投诉。

5. 有下列情况之一的，供应商成交无效，并没收谈判保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用条件，以及上报上级主管部门，在一年内禁止参加政府采购活动：

5.1 已递交响应文件，并在谈判之后，响应有效期满之前，撤回或放弃其投标；

5.2 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息以谋取成交的；

5.3 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；

5.4 恶意串通或捏造事实，对竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

5.5 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；

5.6 擅自将成交项目分包转让他人；

5.7 成交结果公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件；

5.8 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；

5.9 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次或以上查无实据的投诉记录。

第三部分 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购
- 2、项目编号：HNHZ2020-191
- 3、交付地点：采购人指定地点
- 4、交付时间：合同签订之日起 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
- 5、付款方式：按采购双方商定结算方式付款

二、采购品目清单

序号	采购品目名称	数量	单位
1	全数字高档彩色多普勒超声诊断仪	1	套
2	脉动真空灭菌器	1	套

三、技术参数要求

序号	采购设备名称	规格及技术参数要求
1	全数字高档彩色多普勒超声诊断仪	<p>(一) 用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它。</p> <p>(二) 系统技术规格及概述：</p> <p>(1) 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机；</p> <p>(2) ★≥21 寸高分辨率彩色液晶显示器；</p> <p>(3) ★≥13 寸高灵敏度防反光彩色触摸屏；</p> <p>(4) 控制面板可独立旋转、升降和前后推拉；</p> <p>(5) 数字波束增强器；</p> <p>(6) 多倍波束合成；</p> <p>(7) 探头接口≥4 个，全激活、相互通用；</p> <p>(8) 二维灰阶模式；</p> <p>(9) 谐波成像模式；</p> <p>(10) M 型模式；</p> <p>(11) 彩色 M 型模式；</p> <p>(12) ★解剖 M 型模式；</p> <p>(13) 彩色多普勒成像；</p> <p>(14) 频谱多普勒成像；</p>

		<p>(15) 组织多普勒成像;</p> <p>(16) 自由臂三维成像;</p> <p>(17) 宽景成像;</p> <p>(18) 斑点抑制成像;</p> <p>(19) 频率复合成像;</p> <p>(20) 独立角度偏转;</p> <p>(21) ★扩展成像;</p> <p>(22) 实时双幅对比成像;</p> <p>(23) 组织特异性成像;</p> <p>(24) 高分辨率血流成像;</p> <p>(25) ★一键自动优化, 支持独立按键操作(包括应用于二维、彩色及频谱模式);</p> <p>(26) 全屏放大;</p> <p>(27) 局部放大(支持前端、后端放大);</p> <p>(28) ★自动 workflow, 检查过程中可自动进入检查模式, 自动注释和标记体位图等;</p> <p>(29) 穿刺针增强技术;</p> <p>(30) 多语言操作界面, 英语, 中文(包括键盘输入、注释、操作面板等);</p> <p>(31) 支持语音注释及播放;</p> <p>(32) ★自助超声教学系统, 帮助医生更快掌握超声扫查的手法, 实现标准化。</p> <p>(三) 测量/分析和报告</p> <p>(1) 常规测量</p> <p>① 多普勒测量</p> <p>② 自动频谱测量</p> <p>(2) 全科测量包: 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科;</p> <p>(3) 血管内中膜自动测量, 可同时自动描记血管前、后壁的内中膜, 自动生成测量数据, 测量结果参数≥ 4项;</p> <p>(4) ★自动产科测量, 自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标, 要求自动测量≥ 4项胎儿发育评估指标;</p> <p>(5) ★自动 NT 测量;</p> <p>(6) ★心功能自动测量软件, 自动识别四腔心、两腔心、心肌边界, 无需手动描记;</p> <p>(四) 电影回放和原始数据处理</p>
--	--	--

		<p>(1) 支持二维、彩色、造影、4D 等模式的手动和自动回放;</p> <p>(2) 支持向后存储和向前存储, 时间长度可预置, 向后存储≥ 5 分钟的电影;</p> <p>(3) 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像;</p> <p>(4) 原始数据处理, 支持动、静态图像冻结后, 最大可进行 32 项参数调节。</p> <p>(五) 检查存储和管理 (内置超声工作站)</p> <p>(1) ★内置超声工作站;</p> <p>(2) ★硬盘: $\geq 1T$ 硬盘 ;</p> <p>(3) 多种导出图像格式: 动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出, 无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时, 可进行实时检查, 不影响检查操作。</p> <p>(六) 连通性要求</p> <p>(1) ★支持移动终端系统: 超声设备与智能设备无线连接, 通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑, 方便医生会诊;</p> <p>(2) 支持 DICOM 3.0 接口, 具备 DICOM 妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告, 并通过 IHE-C 中国专项测试认证;</p> <p>(3) 视频/音频输入、输出;</p> <p>(4) 支持 ECG 信号;</p> <p>(5) ≥ 5 个 USB 接口;</p> <p>(6) DVD R/W 刻录光驱。</p> <p>(七) 系统技术参数及要求</p> <p>(1) 二维灰阶模式</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 数字化声束形成器 ② 数字化全程动态聚焦, 数字化可变孔径及动态变迹, $A/D \geq 12 \text{ bit}$ ③ 接收方式: 发射、接收通道≥ 1024, 多倍信号并行处理 ④ 扫描线: 每帧线密度≥ 230 超声线 ⑤ 发射声束聚焦: 发射≥ 8 段 ⑥ 扫描频率: ⑦ 电子凸阵: 超声频率 1.5-6.0MHz ⑧ 电子线阵: 超声频率 3.0-13.0MHz ⑨ 电子凸阵经阴道: 3.0-12.0 MHz ⑩ 预设条件: 针对不同的检查脏器, 预置最佳图像检查条件 ⑪ ※最大显示深度:$\geq 36\text{cm}$ ⑫ 最大帧率: ≥ 1000 帧/秒 ⑬ TGC: ≥ 8 段 ⑭ ★LGC: ≥ 2 段 ⑮ 二维灰阶: ≥ 256 ⑯ ★动态范围: ≥ 200 ⑰ 增益调节: B/M/D 分别独立可调, ≥ 100 ⑱ 伪彩图谱: ≥ 8 种 <p>(2) 彩色多普勒成像</p> <ol style="list-style-type: none"> ①包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 ②显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW ③★取样框偏转: $\geq \pm 30$ 度 (线阵探头)
--	--	---

		<p>④最大帧率：≥500 帧/秒</p> <p>⑤支持 B/C 同宽</p> <p>(3) 频谱多普勒模式</p> <p>①包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒</p> <p>②显示方式：B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等</p> <p>③显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等</p> <p>④最大速度：≥7.60m/s (连续多普勒速度：≥30m/s)</p> <p>⑤最小速度：≤1 mm /s (非噪声信号)</p> <p>⑥取样容积：0.5-20mm</p> <p>⑦偏转角度：≥±30 度 (线阵探头)</p> <p>⑧零位移动：≥8 级</p> <p>⑨快速角度校正</p> <p>⑩支持频谱自动测量</p> <p>(4) ★解剖 M 型成像，≥2 条解剖 M 线</p> <p>(八) 探头规格</p> <p>(1) 探头频率：</p> <p>①频率带宽 1.5-15 MHz (依赖不同探头)</p> <p>②所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3 段</p> <p>③振元：最大有效振元数≥256 振元</p> <p>(2) 凸阵，带宽：1.5-5.5MHz，角度≥85°</p> <p>(3) ★腔内凸阵，带宽：3-11.0 MHz，角度≥200°</p> <p>(4) 线阵，带宽：3-13 MHz，</p> <p>(九) 声功率输出调节</p> <p>B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节。</p> <p>(十) 外设和附件</p> <p>(1) 耦合剂加热器；</p> <p>(2) 探头放置架大于或等于 6 个，每个探头放置架左右可换；</p> <p>(3) 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机；</p> <p>(4) 支持脚踏开关；</p> <p>(5) 支持生理信号：ECG。</p> <p>注：供应商不是制造商的，需提供制造商对本项目的销售授权书</p>
2	脉动真空灭菌器	<p>(1) 适用范围：主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品，适用于医疗卫生单位、制药行业、食品行业、科研单位、安全实验室。</p> <p>(2) 内舱容积：有效容积≥360L；</p> <p>(3) 工作电源：~380V ， 50HZ；</p> <p>(4) 温度、时间：115℃~138℃，灭菌时间 40—50Min/Cycle；</p> <p>(5) 运行时间：标准循环≤55 分钟；</p> <p>(6) 脉动次数：3 次 0~99 次可调 ；</p> <p>(7) 灭菌温度：121℃和 134℃， 105~138℃可设；</p> <p>(8) 灭菌时间：121℃ 20 分钟， 134℃ 5 分钟，0~180 分钟可设。</p>

	<p>(9) 干燥时间: 10 分钟, 0~180 分钟可设;</p> <p>(10) 设计寿命: ≥10 年, 需提供相关证明文件并加盖公章。</p> <p>(11) 脉动次数: 3 次, 0~99 次可调。</p> <p>(12) 材质: 灭菌内舱、门板采用 SUS304 不锈钢材质;</p> <p>(13) 真空泵: 国际知名品牌单极水环式真空泵, 抽真空的时间短, 效率高;</p> <p>(14) 检测标准: 投标产品须通过 GB8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求》最新国家标准省级监测;</p> <p>(15) 密封门: 双扉机动门, 新型结构实现前后“密封互锁”, 此结构不但能使前后门安装连锁, 而且还能使供应室无菌区和污染区的空气不能通过, 实现了完全隔离;</p> <p>(16) 保温措施: 夹套与内室温度自动控制, 保证灭菌效果, 采用非岩棉保温措施, 最大程度降低能耗;</p> <p>(17) 蒸汽来源: 内置蒸汽发生器;</p> <p>(18) 灭菌程序: 设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D 测试、泄漏测试、干燥、自定义 1. 自定义 2 等灭菌程序供用户选择使用;</p> <p>(19) #操作系统:</p> <p>①PLC 控制: 程序容量 512K, 数据容量 512K(带电池备份)</p> <p>②具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口, 可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。</p> <p>③支持网络协议, 可通过网络远程操作维护。</p> <p>(20) 打印系统: 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来, 并可对打印记录长时间保存, 以便于医院的追溯。</p> <p>(21) 灭菌程序: 设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D 测试、泄漏测试、干燥、自定义 1. 自定义 2 等灭菌程序供用户选择使用;</p> <p>(22) 文件输出: 设备运行的数据导出后自动生成 Excel 文件格式, 读取清晰, 无需再处理, 省时省力;</p> <p>(23) 耗材: 产品相对应耗材具有, 能够提供与设备同品牌的快速生物阅读器, 满足生物监测的需求。</p> <p>(24) 制造商资质: 供应商所投产品须具有注册证(需提供相关证明材料并加盖公章)</p>
--	--

注: 以上产品需求中的技术参数及其性能(配置) 仅起参考作用, 主要目的是为了满足不同用户工作的基本要求, 供应商可选用不同的产品替代, 但替代的产品中技术参数应最大限度满足或优于谈判文件的要求。

三、伴随服务要求

1、 供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案, 技术支持和服务方案包括(但不限于):

(1) 整体项目提供不少于一年的质保期, 自项目验收通过之日起计算。其中: 硬件类产品质保期不少于一年的或制造厂商承诺的期限(以长者为准), 质保期内免费提供使用指导、技术咨询及维护维修等售后服务; 软件类产品质保期不少于 2 年, 质保期内免费

提供软件维护、升级等售后服务，质保期满后，须按用户要求继续提供终身售后维护服务期；质保期满后的维护维修将依照优惠价计收零配件费或服务费；

- (2) 提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，2 小时内到达指定现场。如在报修后 24 小时内无法修复，则提供（相同或更高规格档次的备用设备）冗余服务，直至故障设备修复，确保设备在 24 小时内恢复正常运行。

四、其他要求

- 1、为避免出现供应商为达到成交目的而刻意削价竞争，可能影响项目质量或者不能诚信履约。若供应商报价低于预算金额的 90%(含)，签订合同时采购人有权要求供应商提供成交金额的 10%作为履约保证金，并且不设合同预付款；如供应商报价低于预算金额的 80%(含)或谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查的供应商报价的，则供应商还须提供相关低价竞标的佐证依据，该等佐证文件将作为响应文件的组成部分并获得谈判小组评审通过，若供应商不提供或提供的佐证文件未能通过谈判小组评审，均作为废标处理。
- 2、如项目实施过程中出现成交供应商不按响应文件或合同内容要求执行，无法满足于项目实施标准要求、偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购监管部门严肃处理。
- 3、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行任何形式的核查，如发现与其响应文件中的描述不一或所提供的材料为虚假材料，采购人有权取消其成交资格，没收其谈判保证金，并报政府采购监管部门严肃处理。

货物经验收合格、出具合格报告并经双方确认时为实际交货日期。

七、异议及处理

甲方对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时向乙方提出书面的异议和处理意见。乙方在接到甲方书面异议后，应在2个工作日内函复甲方。乙方不及时函复视为默认甲方提出的异议和处理意见。

八、 价款结算：

1、付款货币：人民币。

2、付款方式：

1) 产品到货、安装、调试并经甲方验收合格后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的___%。

2) 自验收之日起质保期满，如设备与售后服务没有问题，则甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额的___%（即余款）。

九、质保期及售后服务

质量保证期（简称“质保期”）为货物验收后至少___年或不低于生产厂家承诺的时间（以长者为准）。质保期内非人为原因而出现产品质量或使用问题，乙方对所供货物实行免费包换、包退、包技术咨询/指导。

乙方负责向甲方提供必要的现场操作指导及的使用培训。

（本条可以另订附件，如谈判文件和响应文件有明确规定的从其规定）

十、违约责任

甲方无正当理由拖延付款，每逾期一天向乙方支付逾期付款额___%的滞纳金。

乙方逾期交付货物或交付货物不符合合同约定，应按照每日___%支付违约金；乙方逾期15日或以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

乙方售后服务或者培训不符合约定的，应当赔偿由此造成甲方的损失。

甲方有权披露乙方违约记录，并有权作为以后采购活动中对乙方的限制。

十一、其它

1、合同履行过程中发生的任何争议，应首先友好协商解决，如果协商开始后___天仍不能解决，应向货物到达地人民法院提起诉讼。

2、产生争议期间，除产生争议的部分外，合同其它事项和条款仍应继续履行。如有未尽事宜双方可以协商签订补充合同。

3、谈判过程中的会议纪要、往来信函、谈判文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

4、如乙方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方。乙方应当根



据甲方的指示到具体地点实施安装、调试、售后服务及培训，并承担全部费用。

5、本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执二份，海南和正招标有限公司一份，政府采购监督部门一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

代表（签字）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和正招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与谈判和响应文件的内容一致。

采购代理机构：海南和正招标有限公司（盖章）

经办人：_____

日期：_____年____月____日

注：以上合同条款供参考，以采购人和成交人双方协商为准。

第五部分 响应文件格式

文件袋封面标贴格式

<p style="text-align: center;">屯昌县计划生育服务中心</p> <p style="text-align: center;">彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购</p> <p style="text-align: center;">响应文件</p> <p style="text-align: center;">内容： <input type="checkbox"/> 正本文件 / <input type="checkbox"/> 副本文件</p> <p>供应商名称：_____</p> <p>项目名称： <u>彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购</u></p> <p>项目编号： <u>HNHZ2020-191</u></p> <p>请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本</p>

重要提示：

1. 响应文件递交时间：2020年9月18日上午9:30 - 10:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 响应文件递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。

文件袋封面标贴格式

屯昌县计划生育服务中心

彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购

内容：谈判一览表

供应商名称：_____

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购

项目编号：HNHZ2020-191

重要提示：

1. 谈判一览表递交时间：2020年9月18日上午9:30 - 10:00（北京时间），逾期不再接收。
2. 谈判一览表递交地点：海口市大英山东一路10号国瑞城铂仕苑3栋2单元1002室。

响应文件封面

(正本文件/副本文件)

请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

供应商名称：_____

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购

项目编号：HNHZ2020-191

(以上填写供应商名称并加盖公章)

响应文件清单及相关要求

序号	文件名称	属性
	响应文件封面	提供即可
	响应文件目录	提供即可
1	谈判承诺函	原件
2	法定代表人授权书	原件
3	无重大事故、违法记录声明函	原件
4	企业三证（副本）或三证合一营业执照副本	复印件
5	近一年内任意 1 个月的纳税、社保记录凭证	复印件
6	信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统信息查询结果证明材料	复印件
7	供应商医疗器械生产企业许可证； 或三类医疗器械的医疗器械经营企业许可证； 或二类医疗器械的医疗器械经营企业备案登记凭证	复印件
8	供应商的综合概况	原件
9	谈判一览表	原件
10	报价明细表	原件
11	售后服务承诺	原件
12	技术响应表	原件
13	谈判保证金缴纳证明	复印件
14	退保证金说明	原件
15	供应商认为需提供的其他资料	-----

1. 谈判文件(正、副本)均应分开密封，在封口处加盖供应商公章，密封文件封套正面须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（见上图）。
2. 《法定代表人授权书》及《谈判一览表》应另行装订一份，在谈判当日与谈判文件同时递交采购代理机构。

1.2 法定代表人授权书

致：海南和正招标有限公司

兹授权：_____先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵司承办的彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购竞争性谈判工作。

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购

项目编号：HNHZ2020-191

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的竞争性谈判，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。

有效期限：与贵司谈判文件标注的响应有效期相同，自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

被授权人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

公司名称：_____（公章） 营业执照号码：_____

法定代表人：_____（亲笔签名） 联系电话：_____

职 务：_____ 身份证号码：_____

生效日期：2020 年 __月__日

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>

<p>被授权人</p> <p>居民身份证正反面复印件粘贴处</p>

注：本授权书内容不得擅自修改。

1.3 无重大事故、违法记录的声明

致：海南和正招标有限公司

关于贵单位组织的屯昌县计划生育服务中心“彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购（项目编号：HNHZ2020-191）”的竞争性谈判采购活动，我公司愿意参加竞价，并承诺我公司有能力提供项目中的相关采购货物及相关服务，及保证所提交的所有文件和说明是真实性和准确性。

此外，我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：_____

供应商名称：_____（公章）

_____年___月___日

二、技术与商务部分文件

2.1 企业综合概况

基本情况与服务架构情况

	相关描述	电话/传真
供应商情况	公司名称： 注册资本： 法定代表人： 公司地址：	
供应商简介	（请在此栏里面填写企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等，可以附图片、其他资料描述。）	
类似项目业绩	（请在此栏填写企业在政府采购客户名称。）	

2.2 谈判一览表

项目名称	彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购
报价总计	(小写) ¥ _____ (大写) 人民币 _____
交付时间	合同签订之日起 30 天内交货及安装调试完成并交付采购人使用。
备注	

供应商名称：（公章）_____ 授权代表签字：_____

注：

1. 谈判一览表应准确填写，若谈判一览表与谈判文件不符时，以谈判一览表为准。
2. 报价中必须包项目所有的人工费、材料费、机械费、安装费、管理费、税费及不可预估的费用等。购置、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同的执行以交钥匙工程为准；
3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

2.3 报价明细表

品目序号	项目名称	品牌/产地/规格/型号	数量	单位	单价 (单位:元)	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
报价总计		(小写): ¥ _____ (大写): 人民币 _____ 元				

注:

1. 此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变;
2. 相关项目所有的人工费、材料费、机械费、安装费、管理费、税费及不可预估的费用等; 购置、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用及其他所有费用由供应商自行计算填列;
3. 总价=单价*数量, 数量由供应商自行计算并填表;
4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“谈判一览表”中“报价总计”数。

供应商全称: (盖章)

法定授权代表签字:



2.4 售后服务承诺

说明：

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合谈判文件相关要求据实填写，格式由供应商自行拟定。

2.5 技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★或▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留★或▲，否则视为不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。

序号	项目名称	谈判文件技术参数/功能要求	响应文件技术参数/功能响应	偏离情况	页码索引
1					
2					
3					
4					
5	...				

供应商名称：_____（公章） 授权代表签字：_____

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 在“供应商技术规范描述”中列出所投货物设备的详细技术参数情况。并在此表后面按产品响应顺序附上第三部分《用户需求书》中要求，否则视为不满足。
3. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，竞争性谈判小组成员评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。
4. “页码索引”指“供应商技术规范描述”所对应证明材料在供应商的响应文件中的页码。

三、退保证金说明

致：海南和正招标有限公司

我方为彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器设备采购[项目编号为：HNHZ2020-191]所提交的谈判保证金 10,000.00 元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	账 号		联系电话	

供应商名称：_____（公章） 日期：_____

注：1、未成交供应商应及时向我司提供退付保证金的银行路径。

2、保证金退付帐户必须为公司帐户。



四、保证金单据证明

(提供银行转款账单)



五、供应商认为需提供的其他资料