

附表3

澄迈县妇幼保健院
政府采购项目详细需求表

采购单位：澄迈县妇幼保健院

序号	采购项目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	市场单价	总价	备注
1	全自动尿液分析流水线	单模块测速：480个/小时，尿样需求量：2mL，测试原理：干化学多波长反射光比色法，检测系统：CIS图像传感器检测系统，携带污染率：0.05%，最小吸样量：1.2ml	1	套			
2	全自动凝血分析仪	具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，PT≥120测试/小时，全自动进样架方式进样，样品位≥50个，多波长检测	1	台			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计		2			1150000	