

传染病防治能力建设（设备购置）



竞争性谈判

招标编号：HNZYC2020-36

采购单位：澄迈县中医院

招标代理：海南政兴源项目管理有限公司

二〇二〇年十一月

目录

第一章 谈判邀请函.....	2
第二章 供应商须知.....	4
第三章 用户需求书.....	15
第四章 合同条款及格式.....	26
第五章 响应文件内容和格式.....	29
第六章 评审办法.....	44
一、 评审原则.....	44
二、 评审程序和评审方法.....	44
三、 报价的核对.....	45
四、 谈判、评审过程的保密性。.....	45
五、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。.....	46
六、 变更技术方案的权利。.....	46
附表 1、初步审查表.....	47
保证金退还申请书.....	49

第一章 谈判邀请函

受澄迈县中医院（以下简称“采购人”）的委托，海南政兴源项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对传染病防治能力建设（设备购置）（项目编号：HNZYC2020-36）所需的货物及服务组织竞争性谈判采购工作，兹邀请符合本次竞争性谈判采购要求的供应商进行密封投标，有关事项如下：

1. 项目编号：HNZYC2020-36

2. 采购项目及范围：

2.1、预算金额：¥64.5000 万元

2.2、采购内容：详见采购需求公示

3. 供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

3.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件[如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可；

3.2、具有依法缴纳社会保障资金和纳税的良好记录（提供 2020 年任意 3 个月的纳税证明和社会保障缴费记录的复印件并加盖公章）；

3.3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；

3.4、如供应商不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证，并提供证件复印件（证明材料复印件加盖公章）；

3.5、所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证，并提供证件复印件（证明材料复印件加盖公章）；

3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

3.7、购买本项目采购文件并按时缴纳谈判保证金；

3.8、本项目不接受联合体投标。

4. 谈判文件的获取

4.1、时间：2020年11月26日至2020年11月30日（上午08:30—12:00，下午14:30—17:00，北京时间），节假日除外；

4.2、标书发售地点：海口市美兰区名门广场北区B2座12层1206室；

4.3、售价：谈判文件每套售价300.0元；谈判保证金的金额为：¥3000.00元。

备注：购买谈判文件时须提供：（复印件加盖公章，原件备验）

（1）法定代表人授权委托书，附法定代表人及被授权人身份证复印件；被授权人须为该单位员工，并提供社保证明材料。

（2）供应商资格要求的相关证明材料。

5. 谈判截止时间、谈判时间及地点

5.1、递交谈判文件截止时间：2020年12月01日09:30；

5.2、谈判时间：2020年2020年12月01日09:30；

5.3、谈判地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B2座1206室；

5.4、公告发布媒介：中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）。

6. 联系方式

（1）采购人联系方式

采购人：澄迈县中医院

联系人：陈工

联系电话：0898-67620087

（2）采购代理机构联系方式

采购代理机构：海南政兴源项目管理有限公司

地址：海口市美兰区名门广场北区B2座12层1206室

项目联系人：王工

联系电话：0898-68551609

第二章 供应商须知

一、 总则

1. 名词解释

- 1.1 采购人：澄迈县中医院
- 1.2 采购代理机构：海南政兴源项目管理有限公司
- 1.3 供应商：已购买谈判文件并提交响应文件的供应商。

2. 适用范围

- 2.1 本谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次谈判活动。

3. 合格的供应商

- 3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的供应商均为合格的供应商。
- 3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。
- 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。
- 3.5 谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区）。
- 3.6 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 报价费用

- 4.1 无论谈判报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

- 4.2 采购代理服务费由成交供应商按国家发展计划委员会文件《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、发改办价格【2003】857号文件中相关规定进行支付，支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理服务费提交至以下账户或现金缴纳，否则采购代理机构有权利拒发成交通知书。

账 号：46050100383600000705

公司名称：海南政兴源项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口海甸支行

5. 谈判文件的约束力

- 5.1 供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。
- 5.2 本谈判文件由海南政兴源项目管理有限公司负责解释。

二、 谈判文件

6. 谈判文件的组成

- 6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 评审方法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

- 6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

- 6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

7.1 供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于谈判截至时间三天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在谈判截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟谈判截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、 响应文件

9. 响应文件的组成

9.1 响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

9.2 若供应商未按竞争性谈判文件的要求提供资料，或未对竞争性谈判文件做出实质性响应，将可能导致谈判响应文件被视为无效。

10. 报价

10.1 供应商应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

10.3 报价应包括全部货物及相关服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

10.4 供应商应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11. 谈判保证金

11.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，谈判保证金为：**¥3000.00元**。

11.2 谈判保证金可采用下列形式，并符合下列规定：谈判保证金应在谈判截止时间 2020 年 12 月 01 日 09 :30 前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位、项目名称或项目编号。如：供应商的谈判保证金未按要求到账的视为无效投标并不接收响应文件。

公司名称：海南政兴源项目管理有限公司

账 号：46050100463600000499

开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口蓝天路支行

11.3 若供应商不按 11 项规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。响应文件必须附上缴纳谈判保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单）。

11.4 谈判保证金的退还

11.4.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 未中标的供应商的谈判保证金将在成交结果公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12. 报价有效期

12.1 报价有效期为从开标截止之日起计算的 **60 日历天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，谈判保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式**叁份**，固定装订。其中正本**壹份**，副本**贰份**（响应文件封面需注明正副本，按包号分别制作响应文件）。为了方便开标、评标，供应商应将“响应文件”的“报价一览表（以包为单位）”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“报价一览表”字样，然后再装入“谈判文件”正本的密封袋中。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，须经法人代表或被授权人签字和加盖供应商公章，副本可以采用经盖章正本磋商响应文件复印，磋商响应文件封面需由供应商的法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章，在响应文件中须逐页签字和加盖供应商公司公章，响应文件需盖骑缝章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法定代表人或被授权人签名、或加盖公章，否则视为无效响应。

13.5 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效响应。

四、 响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋(箱)中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，供应商应将响应文件密封后封套应加贴封条盖章密封，并在封套的封口处加盖供应商公章及授权人签字，否则工作人员有权拒收文件。响应文件不得采用活页装订。

14.2 密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有的话）；
- （3）供应商的名称、地址、联系人、电话。

14.3 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

(1) 从响应文件正本中复印的报价一览表；

(2) 电子版文件（U 盘或者光盘）；

14.4 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15. 谈判截止时间

15.1 供应商须在谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的谈判地点。

15.2 若采购代理机构推迟了谈判截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

五、 谈判及评审

16. 谈判

16.1 采购代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 **供应商应委派被授权人参加开谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。**未派被授权人或不能证明其被授权人身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时，采购代理机构或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

17. 谈判小组

17.1 谈判小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 3 人以上单数组成，其中，采购人代表（用户指定专家）1 人，从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家 2 人，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评标所有谈判响应文件并确定成交候选人。

18. 谈判和评审

18.1 见“第六章 评审方法”。

六、 确定成交供应商、签约和质疑投诉

20. 确定成交供应商原则

20.1 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判, 根据谈判办法推荐出一至三人为成交候选供应商, 并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同, 或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的, 或者是谈判小组出现谈判错误, 被他人质疑后证实确有其事的, 采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的, 采购人将把合同授予排名第三的成交候选供应商。

20.2 采购代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省））上公示成交结果。

21、质疑的接收和处理、投诉

21.1 供应商如认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

21.2 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。代理人提出质疑和投诉, 应当提交供应商签署的授权委托书。

21.3 供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

21.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

21.5 未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21.6 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

21.7 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门投诉。

22. 成交通知

22.1 评审结束后确定成交候选人，成交公告在法定媒体公告期限为 3 个工作日。

22.2 成交后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

22.3 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

22.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

23. 签订合同

23.1 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

23.2 谈判文件、成交人的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23.3 签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商

的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

24. 政策功能

24.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

24.1.1 关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

24.1.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于

有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予 1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予 1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

24.2 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

24.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

24.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

25. 其它

25.1 本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、设备清单

序号	设备名称	数量	单位
1	便携式彩超	1	台
2	心电监护仪	1	台
3	心电图机	1	台
4	空气净化消毒机	4	台

二、设备技术参数

(一)、便携式彩色多普勒超声系统

一、产品用途说明：

腹部、妇科、产科、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。

二、系统技术规格及概述：

1、便携式彩色多普勒超声系统主机

- 1.1、★≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏
- 1.2、多倍波束合成
- 1.3、二维灰阶模式
- 1.4、组织谐波成像模式
- 1.5、斑点抑制成像
- 1.6、★空间复合成像，支持≥7条偏转线
- 1.7、频率复合成像
- 1.8、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
- 1.9、高分辨率血流技术
- 1.10、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）
- 1.11、M型模式、彩色M型模
- 1.12、组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量

- 1.13、★扩展成像技术
- 1.14、实时双幅对比成像
- 1.15、一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正
- 3.11 智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作
- 3.12 一键实现全屏放大，支持 ≥ 2 种不同成像区域的放大
- 3.13 局部放大（支持前端、后端放大）
- 3.14 二维和彩色多普勒双幅显示
- 3.15★穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调
- 3.16★支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）
- 3.17 支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）

3.1 测量和分析：

- 3.11 常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
- 3.12 全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告
- 3.13 妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
- 3.14 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
- 3.15 用户可自定义测量项目以及公式编辑

3.2 电影回放及原始数据处理

- 3.11 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储 ≥ 5 分钟的电影
- 3.12 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
- 3.13★动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描

3.3 检查存储和管理（内置超声工作站）

- 3.11 $\geq 800G$ 硬盘
- 3.12★内置超声工作站

- 3.13 多种图像导出格式：动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像
- 3.14 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
- 3.15 一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

三、 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

4.1.0 监视器： ≥ 15 寸高分辨率、医用专业彩色 LED 显示屏

4.1.1 内置探头接口：1 个（可扩展到 3 个）

4.1.2 安全标准：符合商品安全质量要求

4.1.3 ★整机重量 ≤ 6 KG

4.1.4 支持用户自定义按键数量 ≥ 4 个

4.2 探头规格

4.2.1 频率：宽频带变频探头，二维和彩色独立变频

4.2.2 ★凸阵探头具有 ≥ 4 种频率的变频范围，常规扫描角度 ≥ 70 度，扩展后扫描角度 ≥ 90 度

4.2.3 线阵探头具有 ≥ 5 种频率的变频范围，支持梯形扩展显示

4.3 二维灰阶模式

4.3.1 数字化声束形成器

4.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D ≥ 12 bit

4.3.3 接收方式：发射、接收通道 ≥ 1024 ，多倍信号并行处理

4.3.4 扫描线：每帧线密度 ≥ 230 超声线

4.3.5 发射声束聚焦：发射 ≥ 4 段

4.3.6 扫描频率：

电子凸阵：超声频率 2.5- 6.0MHz

电子线阵：超声频率 6.0-11.0MHz

4.3.7 二维独立角度偏转

4.3.8 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.3.9 最大显示深度： ≥ 30 cm

4.3.10 最大帧率： ≥ 240 帧/秒

4.3.11 TGC： ≥ 8 段

4.3.12 LGC： ≥ 6 段

- 4.313 二维灰阶: ≥ 256
- 4.314★动态范围: 30-160db
- 4.315 增益调节: B/M/D 分别独立可调, ≥ 100
- 4.316 伪彩图谱: ≥ 8 种
- 4.317 体位标记: ≥ 120 种, 可以自定义注释
- 4.318 扫描帧率: 诊断深度 18cm, 全视野时 ≥ 51 帧 / 秒
- 4.4 彩色多普勒模式
 - 4.41 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
 - 4.42 显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
 - 4.43 取样框偏转: $\geq \pm 20$ 度
 - 4.44 最大帧率: ≥ 240 帧/秒
 - 4.45 支持 B/C 同宽
- 4.5 频谱多普勒模式
 - 4.51 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
 - 4.52 显示方式: B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等
 - 4.53 显示控制: 反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等
 - 4.54 最大速度: $\geq 9.21\text{m/s}$ (连续多普勒速度: $\geq 35\text{m/s}$)
 - 4.55 最小速度: $\leq 1 \text{ mm /s}$ (非噪声信号)
 - 4.56 取样容积: 0.5-20mm
 - 4.57 偏转角度: $\geq \pm 20$ 度 (线阵探头)
 - 4.58 零位移动: ≥ 8 级
 - 4.59 快速角度校正
 - 4.510 支持频谱自动测量
- 4.6 连通性
 - 4.61 参考信号: 心电, 并支持心电触发控制
 - 4.62 支持 USB 储存介质一键存储普通 PC 格式文件, 无需转换
 - 4.63 USB3.0 接口 ≥ 2 个, 支持 USB 接口扩展
 - 4.64 音视频输出: S-Video
 - 4.65 有线网络接口 1 个
- 4.7 外设和附件
 - 4.71 可拆卸锂电池

4.72 储物设备

4.73 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

五、配置单

1、主机系统（一套）

1.1 15 寸高清晰、医用专业彩色液晶 TFT 显示屏

2、应用软件包（一套）

2.1 腹部应用软件包

2.2 产科应用软件包

2.3 妇科应用软件包

2.4 小器官应用软件包

2.5 血管应用软件包

2.6 泌尿应用软件包

2.7 儿科应用软件包

2.8 神经应用软件包

2.9 急诊应用软件包

2.10 血管内中膜自动测量软件包

2.11 穿刺针增强软件

3、探头

3.1. 凸阵探头（满足常规腹部、妇产科、深部软组织检查） 1 把

3.2. 线阵探头（满足小器官、血管、肌骨、神经检查） 1 把

4、附件

4.1 耦合剂(1 瓶)

4.5 可拆卸锂电池（1 对）

4.6 S-Video 信号线（1 根）

4.7 220V 电源适配器及电源线（1 根）

4.8 高品质、硬质包装拉箱（1 个）

(二)、心电监护仪参数

(1) 配置清单

标配			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	成人血氧传感器	1	个
4	锂电池（2550mAh）	1	个
5	血压气管延长管	1	条
6	血压袖套	1	个
7	心电导联线（5导联）	1	条
8	电源线	1	条
9	接地线	1	条
10	一次性心电电极片	1	套
11	十字螺丝刀	1	把
12	用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1）	1	套

一、监护参数

心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、6导心电(6-ECG)（选配）、12导心电(12-ECG)（选配）

二、显示

1. ≥12寸彩色显示屏
2. 支持同屏显示13道波形
3. 可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能,大字体界面支持NIBP多组回顾、对比,使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
4. 具有呼吸氧合图观察界面,同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数,准确反映患者三个参数间的关联反应,帮助医生准确作出判断
5. 具有短趋势共存界面显示,方便同屏查看实时数据及趋势
6. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作,且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

三、数据存储

1G存储空间的数据存储量如下:

1. 720 小时连续参数数据
2. 至少 68000 组 NIBP 数据
3. 至少 4500 组生理报警事件
4. 至少 4500 组心律失常事件
5. 720 小时全息波形
6. 具备 USB 数据接口，可选配 U 盘实现监测数据存储容量扩充

四、性能特点

1. 支持触摸屏操作，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率
2. 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态
3. ★支持选配 6 电极心电，显示 8 个导联心电图波形
4. 心电增益有：1.25mm/mv ($\times 0.125$)，2.5 mm/mv ($\times 0.25$)，5 mm/mv ($\times 0.5$)，10 mm/mv ($\times 1$)，20 mm/mv ($\times 2$)，40 mm/mv ($\times 4$)，自动增益，多种选择，满足临床需求：
 - (1) ★共模抑制比：弱滤波 $>95\text{dB}$ ，监护、强滤波 $>105\text{dB}$
 - (2) ★可根据需要自定义选择高通滤波器和低通滤波器
 - (3) ★自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性
 - (4) 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式
 - (5) ★具有 NFC 模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况
 - (6) ★具有清洁模式，清洁 NIBP 气路的灰尘，确保血压测量的准确性
 - (7) ★NIBP 同侧测量功能，袖带的充气不影响 SpO₂ 的实时读数，不会发生错误的报警
 - (8) 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护
 - (9) 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征
 - (10) 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息
 - (11) 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
 - (12) ★技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共 2 个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况
 - (13) 具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率
 - (14) ★血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确
 - (15) ★血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤
 - (16) 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网
 - (17) 可选配三通道内置热敏打印机
 - (18) 标配可拆卸充电锂电池，具有 RJ-45 网络口、USB 口、电源线卡扣（防止电源脱落）

(三)、数字式十二道心电图机参数

配置清单

序号	项目名称	数量	单位
标配:			
1	主机	1	台
2	心电导联线	1	根
3	胸电极	1	盒(6只)
4	肢电极	1	盒(4只)
5	记录纸	1	本
6	锂电池	1	个
7	保险管	2	个
8	电源线	1	根
9	产品说明书,速查卡,保修卡,验收单,合格证,自动诊断与分析使用说明,三证文件	各1	份
10	接地线	1	根

一、工作条件:

产品可在电源交流 100 伏~240 伏, 50/60 赫兹, 室温 5—40℃和相对湿度 25%~80%的环境下正常工作

二、 ECG 输入

2.1 ECG 输入通道: 标准 12 导联心电信号同步采集

★2.2 导联选择: 手动/自动可选, (支持 Nehb、Cabrera 导联体系)

2.3 输入阻抗: $\geq 50M\Omega$ (10Hz)

2.4 频率响应: 0.01~300Hz (-3dB)

2.5 定标电压: 1mV \pm 2%

★2.6 耐极化电压: $\pm 600mV$

2.7 内部噪声: $\leq 12.5\mu V_{p-p}$

2.8 时间常数: $\geq 3.2 s$

★2.9 共模抑制比: $\geq 140dB$ (AC 滤波开启), $\geq 110dB$ (AC 滤波关闭)

2.10 输入电流: $\leq 0.01\mu A$

2.11 除颤保护: 具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线: 导联线内附抗除颤电击保护功能

★2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

- 3.1 A/D 转换：24bit
- 3.2 采样率：16000Hz/秒/通道
- 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）
- 3.4 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz / 关闭
基漂滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz
肌电滤波器：25Hz / 35Hz / 45Hz / 关闭
★低通滤波器：300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz
- 3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能
- 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

- ★4.1 设备内置存储器，存储病历 800 例
- 4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出
- 4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间

五、显示器：

- 5.1 7 英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格
- 5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形
- 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

- 6.1 热敏式点阵打印机
- 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s
- 6.3 记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1
- 6.4 记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 或 215mm
- 6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印
- 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
- ★6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告
- ★6.8 具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

- 7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
- 7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示
- 7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能
- 7.4 手动、自动、节律、R-R 四种工作模式可供选择。
- ★7.5 自动模式下可以支持 10-60S 时间的采集，记录，存储，传输。
- 7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
- 7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

★7.9 可以选配心电向量功能

7.10 可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

8.1 USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD 卡接口

★ 8.2 支持内置 WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用 自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz

（四）、移动式等离子体空气消毒器参数

1. 适用范围（ m^3 ）： ≤ 120

2. 消毒效果：设备持续工作 2 小时，可使 $120m^3$ 房间空气中自然菌的消亡率 $\geq 90\%$ ，白色葡萄球菌平均杀灭率为 99.97%。

3. 消毒器内部无中效或高效过滤网，PM2.5 净化效果：去除率达 94.72%，无以上滤网耗材，节省了用户的日常使用成本。

4. 消毒器内部无活性炭网，消毒时臭氧浓度： $\leq 0.07mg/m^3$ ，能节省用户的日常使用成本。5. 循环风量（ m^3/h ）： ≥ 1000

6. 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染

7. 温度湿度检测功能：能适时显示室内温度、湿度

8. ★等离子密度分布：要求等离子体空气净化消毒机用等离子体发生器部件的放电结构所产生的等离子体为一种密度较高的电晕放电

9. ★等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。

10. 多档风速可调，提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择：

11. 工作模式

手动模式：默认消毒时间为 2 小时，可按键调整工作时间，多种时段可选

常开模式：设备一直工作在消毒状态

定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定十组定时消毒时间

12. 程控数量：程控程序数量不低于十组

13. ★查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间

14. 智能提示功能：具备等离子体故障报警、滤网过期提示功能

15. 安装方式：移动搁置

16. 噪声 dB (A) : ≤ 50
17. ★待机功耗: $\leq 0.5W$
18. 中文显示, 让用户更直观的了解设备的运行状态, 当出现报警时液晶屏也会同时显示故障提示, 直观方便。
19. 电源要求: 工作电源: 220V 50Hz 额定功率 (W) : ≤ 100
20. 产品证件: 卫生安全评价报告 (提供卫生安全评价报告)

二、其他要求:

- 1、交付时间: 合同签订生效之日起 30 天内交货。
- 2、交付地点: 采购人指定地点。
- 3、付款条件: 详见合同条款。
- 4、验收要求: 按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。

第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

甲方:

乙方:

甲乙双方根据_____年___月___日传染病防治能力建设(设备购置)(项目编号: HNZXYS2020-36)公开成交结果及谈判文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时,以专用条款为准。

一、 合同标的及金额等

序号	项目名称	规格	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额		(小写):				
		(大写):				

二、**交货地点:** 采购人指定地点。

三、付款

(双方友好协商)。

四、违约赔偿

4.1 除 4.2 条规定的不可抗力外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可从合同款中扣除违约赔偿费,每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务,按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约

赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及采购代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、谈判响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

- 1.合同通用条款和专用条款；
- 2.谈判文件、乙方的谈判响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3.成交通知书；
- 4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执叁份，乙方、采购代理机构各执一份。

甲方：_____（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：_____（签字或盖章）

签订日期：_____年____月____日

乙方：_____（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：_____（签字或盖章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：_____年____月____日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政兴源项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：_____海南政兴源项目管理有限公司_____（盖章）

地址：海口市美兰区名门广场北区 B2 座 12 层 1206 室

法定（授权）代表人：_____（签字或盖章）

签订日期：_____年____月____日

第五章 响应文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

1. 竞争性谈判响应函（表 1）
2. 报价一览表（表 2）
3. 法人授权资料（表 3）
4. 资格申明信（表 4）
5. 分项报价明细（表 5）
6. 响应情况偏离表（表 6）
7. 售后服务承诺
8. 其它材料
9. 小型、微型企业声明函（如有）
10. 监狱企业证明文件（如有）
11. 残疾人福利性单位声明函（如有）

※所提供的复印件须加盖供应商的公章。

正本/副本

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

单位地址：

年 月 日

表 1、竞争性谈判响应函

致：海南政兴源项目管理有限公司：

我方全面研究了项目编号为 HNZXYC2020-36 的谈判文件，决定参加贵单位组织的传染病防治能力建设（设备购置）的谈判。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方认可谈判文件的所有条款，并且同意按照谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币_____（¥_____）的谈判保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还谈判保证金：

- （1）如果我方在谈判有效期内撤回谈判；
- （2）我方提供了虚假响应谈判文件的响应文件；
- （3）在谈判过程中有违规违纪行为；

（4）我方在谈判有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求进行谈判。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照谈判文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的谈判有效期为从响应截止日期起计算的 60 天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的谈判，即最低报价不是成交的保证。

6、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

地 址：

传 真：

日 期：

表 2、报价一览表

项目名称：传染病防治能力建设（设备购置）

项目单位：澄迈县中医院

项目编号：HNZXYC2020-36

项目名称：传染病防治能力建设（设备购置）	
响应报价总计	（小写）：
	（大写）：
交付时间	
备注	

说明：1、供应商的报价应包含服务、税费等所有费用；

2、一次报出不得更改的价格。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字）

日期：

表 3、法人授权资料

3.1 法定代表人证明书

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

3.2 法定代表人授权委托书

致：海南政兴源项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：姓名：_____性别：_____出生日期：__年__月__日

所在单位：_____职务：_____。

身份证：_____联系方式：_____。

被授权人：姓名：_____性别：_____出生日期：__年__月__日

所在单位：_____职务：_____。

身份证：_____联系方式：_____。

兹委托被授权人代表我方参加海南政兴源项目管理有限公司组织的**传染病防治能力建设（设备购置）**（项目编号：HNZXYC2020-36）的活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

被授权人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。被授权人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

委托单位：（公章）

法定代表人：（签名）

被授权人：（签名）

年 月 日

表 4、资格申明信

致：海南政兴源项目管理有限公司

为响应贵公司组织的**传染病防治能力建设（设备购置）**（项目编号：**HNZXCYC2020-36**）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

表 5、分项报价明细表

项目名称：传染病防治能力建设（设备购置）

项目编号：HNZYC2020-36

序号	货物名称	品牌参数规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6	...					

注：上表中内容根据谈判文件第三章采购需求中“采购内容一览表”结合自身情况填写，有缺报或漏报的视为无效响应。本表行数可根据实际的分项数量进行调整。

供应商全称：（盖章）_____

被授权人（签字）：_____

日期：_____

表 6、 响应情况偏离表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件第三章采购需求中技术参数规格要求和其他要求，并将技术参数规格要求和其他要求的偏离情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。**供应商必须根据所投的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其谈判保证金。**

序号	名称（或要求类别、服务内容、服务要求等条款）	谈判文件条款内容和要求描述	供应商响应条款内容和要求描述	偏离情况说明（+/-/=）
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称： _____（公章）

被授权人： _____（签名）

注：

1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。谈判小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

表 7、售后服务承诺

- 1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；
- 2、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

承诺日期： _____年____月____日

表 8、其它材料

（竞争性谈判文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

9、小型、微型企业声明函

致：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、监狱企业证明文件

致：

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11、残疾人福利性单位声明函

致：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

第六章 评审办法

一、 评审原则

- 1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
- 2、本次评审是以谈判文件，响应文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。
- 3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、 评审程序和评审方法

评审程序分初步评审和谈判。

1、 初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对供应商的响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和**初步审查表**的内容，对响应文件进行初步评审。

出现下列情况的响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- （1）供应商未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；
- （2）资格证明文件不全的，例如代理供应商未提供有效的制造商为本次谈判而出具的授权书；
- （3）响应文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；
- （4）非固定价格投标的；
- （5）不满足技术规格书中关键参数和超出偏差范围的；
- （6）不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判（二次报价）

按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的供应商的响应文件，据此与供应商进行技术、商务、服务和价格内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现供应商的响应文件资料不清晰或造成理解有歧义时，谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

3、推荐成交候选人

（1）有效报价是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（2）如果有效报价达到3家或以上，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

三、报价的核对

- 1 谈判小组详细分析、核对价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
 - 1.1 若用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；
 - 1.2 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；（小数点明显标示错误的除外）
- 2 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

三、谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从响应文件递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果供应商试图在响应文件

审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、 变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

项目名称：传染病防治能力建设（设备购置）

项目单位：澄迈县中医院

项目编号：HNZXCYC2020-36

日期：2020 年 月 日

序号	审查项目	评议内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	相关资格证明文件	是否提供法人授权委托书；是否符合供应商资格要求。			
2	响应文件递交情况	正本和副本的数量是否符合谈判文件要求			
3	响应文件的有效性	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
4	报价有效期	报价有效期是否满足 60 天			
5	交付时间	是否满足谈判文件要求			
6	投标报价	谈判报价是否满足谈判文件要求（报价有效、不漏项，不超出采购预算）			
结 论					

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

竞争性谈判第二次报价单

海南政兴源项目管理有限公司：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判项目传染病防治能力建设（设备购置）（项目编号：HNZYC2020-36）项目做出最终报价如下：

总报价：大写：

小写：¥

相关补充说明：

法人代表或被授权人（签名）：

法人代表或被授权人联系电话：

谈判供应商（公章）：

二〇二〇年__月__日

注：在开标时，供应商携带此第二次竞争性谈判响应函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，供应商方可填写第二次竞争性谈判响应函，并递交招标代理公司工作人员，如未携带此第二次竞争性谈判响应函，视为放弃本项目谈判。

保证金退还申请书

致：海南政兴源项目管理有限公司

我司于_____年____月____日为**传染病防治能力建设（设备购置）**（项目编号：HNZXYS2020-36）投标所提交的保证金人民币**¥3000.00**元，请贵司退还时划到以下账户：

开 户 名 称			
开 户 银 行 全 称		联 系 人	
银 行 账 号		联 系 电 话	

投标人名称：_____（公章）

被授权人：_____（亲笔签名）

日 期：_____年____月____日

注：此申请书在中标公示结束后，请提交至海南政兴源项目管理有限公司财务部，联系地址：海口市美兰区名门广场北区 B2 座 12 层 1206 室，联系人：王女士，联系电话：0898-65300172（财务室）。（请勿将此文放入响应文件中）