

## 第三章 采购需求

前提：本章中标注“★”的条款为关键指标，若投标人不满足的，将视为无效投标。

### 一、采购清单：

标包编码	采购标的名称	数量	单位	单价预算及最高限价 (元)	单包预算及最高限价 (元)	采购标的所属行业
SCIT-HNZG-2022090009L3-7包	无线内窥镜摄像系统 (耳鼻喉用)	2	台	60000.00	120000.00	工业(制造业)

注：1. 以上采购品目名称仅为采购清单的货物名称，实际采购以投标产品医疗器械注册证上的产品名称为准。

2. 此报价包含设备、材料、包装、运输、装卸（卸货至采购人指定位置）、税金等所有费用。

### 二、技术、商务要求

#### SCIT-HNZG-2022090009L3-7包：无线内窥镜摄像系统（耳鼻喉用）

一	项目概况	鼻咽喉部检查及手术治疗，移动方便，便于携带及会诊。
二	技术和性能参数	
1	无线内窥镜摄像机	1.1 无线内窥镜摄像机
		1.2 图像水平分辨率>650线
		1.3 自动白平衡
		1.4 具备无线传输
		1.5 充电时间≤2小时
		1.6 信号传输：设备自带wifi，可无线传输高清视频信号
		1.7 设备连续运行时间≥4小时以上
2	便携光源	2.1 便携光源
		2.2 灯泡特征：LED灯
		2.3 可充电锂电池、充电时间≤2小时；电池大于3个
		2.4 控制方式：软件控制，可以无极调光
3	平板显示屏	3.1 平板电脑；待机时间大于5天
		3.2 内存≥64G
		3.3 屏幕尺寸≥8寸
三	配置要求	
	无线内窥镜摄像机1个、光学接口1个、便携冷光源1个、无线显示器（平板电脑）1个、充电器1个、电池≥3块、防水收纳包≥2个	
四	商务条款	
1	资质认证	NMPA

★2	保修年限	≥原厂保修3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
3	维修响应时间	维修响应时间≤1小时（工作时间） 维修到达现场时间≤1个工作日
4	维护保养	保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6	维修工时费计算方法	至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7	专用工具、资料	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册）
8	培训	提供使用培训和工程师培训
9	交货期	合同签订后1个月内交货
说明	备注：加注“★”号的技术指标为关键指标。	

海南省三亚市海棠区某医院设备采购（四）（四次招标）—2023-05-16 15:16:04.669—1c88566f98894b6f112  
75bf8d4c2fe97—7.6.1005.284