

## 政府采购项目详细需求表

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	备注
1	电动液压手术床	产品参数1、为原装进口或台湾生产之业界主流品牌。	1	套	
2	气压弹道式体外压力波治疗仪	1、电源供应（伏特）：100-240VAC，50-60Hz2、可移动式柜式主机系统（包	1	台	
3	下肢智能反馈训练系统	技术参数及功能要求：1、操作平台：液晶触摸屏。2、床体：采用抗菌耐磨高弹	1	台	
4	全自动智能蜡疗系统	一、技术参数要求1、蜡饼厚度：10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm范围内可	1	台	
5	空气压力波治疗系统	一、技术参数要求：最大消耗功率≤80W，最小工作压力≥20mmHg，最大工作	2	台	
6	半导体激光治疗机	一、技术参数要求1、激光类型：GaAlAs半导体激光器2、主波长：810±20nm	1	台	
7	偏瘫站立训练系统	产品功能要求1、微电脑操作控制系统。2、微电脑控制，可单独设置训练时间、	1	台	
8	肩关节旋转训练器	规格：80×33×100-125cm参数：由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件	1	套	
9	前臂与腕关节运动器	臂旋转功能，可做腕部关节活动范围训练	1	套	
10	PT训练床	技术参数及功能要求参数：型钢表面静电喷涂。床面采用优质抗菌耐磨pu皮革	2	套	
11	PT训练床(电动升降可折叠)	技术参数及功能要求床面高度升降范围/mm：500~800前床面翻转角度：0~	1	套	
12	站立架（单人）	参数：主体框架型钢表面静电喷涂。桌板为优质木材，靠板使用优质抗菌耐磨	2	套	
13	PT凳	规格：60×60×43~54cm参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用	6	套	
14	踝关节矫正板	：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等	2	套	
15	肩抬举训练器	规格(cm)：架48×54×74，棍Φ3×92参数：优质钢材表面为静电喷涂，配有一	1	套	
16	上肢推举训练器(钢制)	上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业	1	套	
17	抽屉式阶梯	整体材质为优质木材，阶梯为抽拉式。	1	套	
18	OT桌(可调式)	材质：优质钢材表面为静电喷涂，桌面为防火木材。高度可调。	2	套	
19	可调式沙磨板及附件	主体为40×20×2的矩形管，表面喷塑。桌面为2cm厚的多层板可多角度	1	套	
20	重锤式手指肌力训练桌	于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活	1	套	
21	滚筒（大、中、小）	规格(cm)：Φ22×80用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能，	3	套	
22	巴氏球	材质：进口优质PVC粉+环保增塑剂+环保发泡粉+环保着色剂用途：用于脑瘫患儿	1	套	
23	引导式上肢协调训练器	舌性、协调性训练的辅助用具，提高上肢的	1	套	
24	手指插球器	改善手指对指功能，提高手的协调性、灵	1	套	
25	体操棒与抛接球（立式）	接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体切	1	套	
26	系列沙袋(提式)	规格：89×47×76cm 参数：优质型钢表面静电喷涂，滑轮带	1	套	
27	系列沙袋(绑式)	规格：66×33×76cm 重量：0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2.0kg, 2.5kg,	1	套	
28	手功能组合训练箱	规格：55×40×14cm 参数：优质木料表面清漆整体是便携式	1	套	
29	肋木	规格：96×55×228cm 参数：优质型钢表面静电喷涂。肋木杠	1	套	
30	中药熏蒸机	一、技术参数要求：通道参数：单通道 预热及治疗功率：1、2、3、4档可调	2	台	