

儋州市分散采购项目详细需求表

采购单位：儋州市中医医院

序号	采购品目名称	参考规格和配置技术参数	数量	单位	备注
1	彩色多普勒超声系统	<p>一、货物名称：彩色多普勒超声系统二、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它三、系统技术规格及概述：</p> <p>1. 彩色多普勒超声系统主机1.1★≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置1.2★≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量1.3控制面板可独立旋转和升降1.4探头接口≥4个，全激活、相互通用1.5二维灰阶成像1.6谐波成像单元1.7M型模式、彩色M型1.8★解剖M型（≥2条取样线）1.9彩色多普勒成像1.10 频谱多普勒成像1.10.1支持多种探头（腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头、腔内探头及介入探头）1.11 实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示）1.12 空间复合成像，≥9条偏转线1.13 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等1.14 扩展成像（可支持凸阵、线阵、容积探头）1.15 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）1.16 ★智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。1.17 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像1.18 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式1.19 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）1.20 支持语音注释及播放2. 测量/分析和报告2.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），2.2自动生成报告2.3自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标2.4自动NT测量2.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。2.6※IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析2.7自动容积测量2.8※血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。2.9※心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。3. 电影回放和原始数据处理3.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影3.3支持同屏对比多个不同模式的动态</p>	1	台	

联系人：李定国