

论 证 会 议 纪 要

项目名称：东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目






采购单位：东方医院

采购代理机构：海南正博工程管理有限公司


会议地点：海口市美兰区国瑞大厦 B 座西塔 1602A

会议时间：2020 年 3 月 18 日

政府采购进口产品专家论证意见汇总表

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	高档四维彩色多普勒超声诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p style="padding-left: 20px;">进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点：</p> <p>目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品，进口设备在各医院的占有率比较高，且因科室发展需要，妇科疾病的治疗对设备要求极高，较国产彩超性能更稳定，灵敏度更高，检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率，满足临床工作实际需求，确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。</p>	
<p>经专家组论证：</p> <p>1、该批进口产品符合申请单位需求。</p> <p>2、拟采购的进口产品，符合《政府采购进口产品管理办法》的规定，属于非限制类进口产品。</p> <p>3、采购单位是东方医院，为满足日常工作需求，综上所述，专家组一致建议购买进口设备。</p>	
<p>专家组签字：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">2020 年 3 月 18 日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述:</p> <p style="text-align: center;">进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点:</p> <p>目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品,进口设备在各医院的占有率比较高,且因科室发展需要,妇科疾病的治疗对设备要求极高,较国产彩超性能更稳定,灵敏度更高,检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率,满足临床工作实际需求,确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。</p>	
<p>三、专家论证意见:</p> <p>据琼海南省财政厅琼财采[2008]26号《琼发财政部办公厅关于做好进口产品管理有关问题的通知》,东方医院拟采购"高档四维彩色多普勒超声波诊断仪,不属于国家禁止、限制进口产品,该设备较国产彩超性能更稳定,灵敏度更高,图像更清晰等特点。经讨论建议采购进口设备。</p>	
专家签字:	 2020年3月18日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取;	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取;	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述： 进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点： 目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品，进口设备在各医院的占有率比较高，且因科室发展需要，妇科疾病的治疗对设备要求极高，较国产彩超性能更稳定，灵敏度更高，检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率，满足临床工作实际需求，确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。	
三、专家论证意见： 拟采购的进口超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪较国产彩超性能更稳定，灵敏度更高，技术参数能够满足诊疗需求，建议购买该进口产品。	
专家签字： 吴坤岭	
2020 年 3 月 18 日	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述: 进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点: 目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品,进口设备在各医院的占有率比较高,且因科室发展需要,妇科疾病的治疗对设备要求极高,较国产彩超性能更稳定,灵敏度更高,检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率,满足临床工作实际需求,确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。	
三、专家论证意见: 拟申请的进口四维彩超在成像技术、灵敏度、高档性能稳定、能更好地满足妇科临床研究工作,对妇产科的诊断更有帮助,因此专家建议申请进口四维彩超为最佳。	
专家签字:	
	2020年3月18日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述:</p> <p style="margin-left: 20px;">进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点:</p> <p>目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品，进口设备在各医院的占有率比较高，且因科室发展需要，妇科疾病的治疗对设备要求极高，较国产彩超性能更稳定，灵敏度更高，检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率，满足临床工作实际需求，确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。</p>	
<p>三、专家论证意见:</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">该设备需要高度精准的技术参数保证，性能可靠，实用耐用，灵敏度高，图像清晰等要求，目前国内同类产品尚不能完全满足上述临床需求，故建议采购进口设备。</p>	
专家签字: 	2020 年 3 月 4 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	东方医院
拟采购产品名称	超高档四维彩色多普勒超声波诊断仪
拟采购产品金额	3800000.00 元
采购项目所属项目名称	东方医院高档四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目
采购项目所属项目金额	3800000.00 元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取:	
□2.无法以合理的商业条件获取:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
<p>原因阐述:</p> <p style="margin-left: 20px;">进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪优点:</p> <p>目前各医院使用的用于妇产科检查的四维彩超均为进口产品,进口设备在各医院的占有率比较高,且因科室发展需要,妇科疾病的治疗对设备要求极高,较国产彩超性能更稳定,灵敏度更高,检查对象适应性更好、图像更清晰。为了病人安全及手术成功率,满足临床工作实际需求,确保医疗质量和医疗安全特申请购买进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪。</p>	
<p>三、专家论证意见:</p> <p style="font-size: 1.2em; margin-left: 20px;"> 采购单位拟购买的四维彩超成像技术,灵敏度 高,性能更加稳定,能更好地满足临床工作需要,对疾病的确诊 更有帮助,因此专家建议购买进口的四维彩超诊断仪。 </p>	
<p>专家签字: </p> <p style="text-align: right;">2020年3月18日</p>	