

表2

政府采购项目详细需求表

预算单位(章): 三亚中心医院 (海南省第二附属医院)

金额单位: 元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口	备注
合计						2,930,100.00		
1	麻醉机	1. 操作环境, 温度: 10° 至40° C, 湿度: 15 至 95% 2. 电源: 220V, 50Hz 3. 后备电池使用时间: 90分钟 4. 具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能 5. 机架: 带大工作台侧栏杆推车, 三个抽屉 6. 适合内窥镜手术模式; 具备顶光灯, 能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明	1	台	650,000.00	650,000.00	国产	第1包
2	便携式彩色多普勒超声系统	1. ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 2. 数字波束增强器 3. 多倍波束合成 4. 二维灰阶模式 5. 组织谐波成像模式	1	台	1,450,000.00	1,450,000.00	国产	
3	超声波清洗机 (立式)	1: 清洗舱: 1.1、容积:80L 1.2、材质:2.0mm厚304不锈钢镜面 2: 密封门: 2.1、开门方式:手动翻转门, 气弹簧阻尼门结构, 防止夹手, 开门助力 2.2、密封方式:硅橡胶防漏门密封胶	1	台	120,000.00	120,000.00	国产	第2包
4	全自动内窥镜清洗消毒机	1、供水要求:自来水; 压力: 0.2-0.4Mpa; 2、排水要求: 高度≤350mm; 排水口径≥50mm; 3、供电要求:AC220V±10%, 50Hz, 5A; 4、主机规格与重量:宽度680×深度610×高度910 (mm)	1	台	122,100.00	122,100.00	国产	
5	超声波清洗机 (台式)	1、运行时间: 0-99min可调 2、外形尺寸: 600×480×450mm 3、舱体尺寸: 495×295×200mm 4、清洗温度: 室温-60℃可调	1	台	48,000.00	48,000.00	国产	

6	蒸汽清洗机 (医用清洗机)	1、材质要求:外罩采用SUS304不锈钢拉丝板, 板材厚度≥1mm; 罐体材料为优质不锈钢筒体, 壁厚≥3mm。 2、结构要求:外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口, 使设备工作时产生的热量及时散发。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求, 且设计压力≥1.0Mpa。 3、容积要求:5L 4、设备功率要求:3.5kVA	1	台	140,000.00	140,000.00	国产	
7	动脉硬化检测装置	1、血管狭窄检测单元: 用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测, 主要检测参数: ABI; 踝臂指数, UT; 脉搏上升时间、sMAP; 平均动脉压 需提供检测报告。 2、血管硬化检测单元: 用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标, 主要检测参数: baPWV (左) baPWV (右)、haPWV (左) haPWV (右)、hbPWV (左) hbPWV (右)	1	台	400,000.00	400,000.00	国产	第3包

备注:

- 预算单位原则上应通过GFMS采购系统报备政府采购计划, 通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目 (如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
- 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
- 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
- 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
- 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。
- 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的, 无需重复组织专家论证, 可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
- 采购人选择竞争性磋商采购方式的, 需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第三条的规定。
- 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
- 本表分表1和表2, 表1为三亚市政府采购计划备案(审核)表, 表2为政府采购项目详细需求表(填写时可增加附页); 预算单位应提交本表一式三份, 一份留政府采购监督管理科备查, 一份交预算单位, 一份交代理机构。
- 通过本表报备政府采购计划的, 采购完成需付款时, 必须在GFMS采购系统补报采购计划、录入采购订单, 完成系统中的操作 (PPP项目、棚改购买服务项目除)
- 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件 (http://www.sanya.gov.cn/)”下载。

