

表2

政府采购项目详细需求表

预算单位(章): 三亚中心医院 (海南省第三人民医院)

金额单位: 元

序号	采购项目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口产品	备注
	合计					2,500,000.00		
1	彩色多普勒超声系统 (中高端全身应用彩超机)	1. ≥ 21寸高分辨率彩色液晶显示器 2. ※≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏, 支持手势操作, 触摸屏角度可调. 3. ※探头接口≥5个 4. 1数字 化声束形成器 5. 全程动态聚焦 6. 多倍信号并行处理	1	台	2,500,000.00	2,500,000.00	国产	第1包
2								
3								

备注:

1. 预算单位原则上应通过GFMS采购系统报备政府采购计划, 通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目 (如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
2. 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
3. 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
4. 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
5. 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。
6. 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的, 无需重复组织专家论证, 可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的, 需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
9. 本表分表1和表2, 表1为三亚市政府采购计划备案(审核)表, 表2为政府采购项目详细需求表(填写时可增加附页); 预算单位应提交本表一式三份, 一份留政府采购监督管理科备查, 一份交预算单位, 一份交代理机构。

10. 通过本表报备政府采购计划的，采购完成需付款时，必须在GFMIS采购系统补报采购计划、录入采购订单，完成系统中的操作（PPP项目、棚改购买服务项目除11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件（<http://www.sanya.gov.cn/>）”下载。



表2

政府采购项目详细需求表

预算单位(章): 三亚中心医院 (海南省第三人民医院)

金额单位: 元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	是否进口产品	备注
	合计					1,956,000.00		
1	手术刨削器 (含电切内窥镜、尿道膀胱镜)	1、电压和频率: 220 V, 50 Hz。 2、输入功率: 100 VA。 3、保险丝规格: F2 A, L250 V, Φ 5×20。 4、防电击类型: I类。 5、设备类型: 不防进液普通型设备, 具一个BF型应用部分。 6、EMC电磁兼容: 1组B类工科医设备。	1	套	448,000.00	448,000.00	国产	第1包
2	医用内窥镜摄像系统	1、传感器: 3组1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器 2、有效像素: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 3、扫描标准: 1125线 4、视频输出清晰度: 1080P	1	套	700,000.00	700,000.00	国产	第2包
3	立体阴道镜系统	1. 无限远光学系统, 平行光路设计, 光学镜部分均为独立模块, 可无限升级; 2. 分光器, 独立模块结构设计, 左右两侧双光路分光, 左右两侧均可接CCD; 3. 发放标准化阴道镜报告单, 脚踏板控制采图, 可对图像进行冻结、处理。	1	套	347,000.00	347,000.00	国产	
4	产科中央监护网络系统 (含产科中央监护网络系统、电脑胎儿监护仪、胎儿监护神经和肌肉刺激仪)	1. 无线网络: 发射功率≤10Mw, 频率范围: 407-425MHz; 可在信号覆盖范围内漫游, 床边机可在移动中进行监护。 2. 便携式手提结构, 一体化探头架, 节约设备摆放空间, 可挂墙或平放均可。 3. 适用于缓解产妇在分娩过程中产生的疼痛 (分娩镇痛), 同时可以对胎儿进行临床监护 (CTG胎儿监护)。	1	套	461,000.00	461,000.00	国产	

备注:

- 预算单位原则上应通过GFMS采购系统报备政府采购计划, 通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目 (如PPP项目、棚改购买服务项目、提前使用下年度资金项目等); ③未实行国库集中支付管理的单位。
- 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。
- 政府采购项目必须与报备的政府采购预算资金用途一致。
- 其他资金指: 教育事业收费、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。
- 属于高校、科研院所采购科研仪器设备的, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。



6. 政府采购项目涉及进口产品的，预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理，高校、科研院所同一预算年度内再次采购进口科研仪器设备的，无需重复组织专家论证，可附原专家论证意见直接备案政府采购计划。
7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的，需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条的规定。
8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌和型号。
9. 本表分表1和表2，表1为三亚市政府采购计划备案（审核）表，表2为政府采购项目详细需求表（填写时可增加附页）；预算单位应提交本表一式三份，一份留政府采购监督管理科备查，一份交预算单位，一份交代理机构。
10. 通过本表报备政府采购计划的，采购完成需付款时，必须在GFMIS采购系统补报采购计划、录入采购订单，完成系统中的操作（PPP项目、棚改购买服务项目除11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件（<http://www.sanya.gov.cn/>）”下载。