

A包用户需求书

一、商务要求

- 1、交付时间与地点要求：合同签订后 60 天内。地点：用户指定地点。
- 2、付款条件：由双方协商
- 3、供应商资格要求：见采购公告
- 4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。
- 5、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。
- 6、其他要求：供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

二、技术要求：

采购清单表

包号	序号	设备名称	是否接受进口产品投标	数量	单位
A包	1	关节镜动力系统	接受	1	套
	2	椎板咬骨钳	接受	8	把

A包参考配置及技术要求

(一) 关节镜动力系统

- 1、全金属的集成式移植物测量器，可靠耐用，测量 4.5-12 毫米的直径的移植物，测量间隔 0.5 毫米；
- 2、5-10 毫米的各规格关节镜镜下空心钻，包含：5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、7.5mm、8mm、8.5mm、9mm、9.5mm、10mm；
- 3、张口大小 3.4mm 直篮钳，用于半月板损伤成型手术；
- 4、3.4mm，15° 上翘咬口篮钳，用于半月板损伤成型手术；

- 5、3.4mm，15° 上翘、上弯咬口篮钳，用于半月板后角损伤成型手术；
- 6、游离体抓钳，用于膝关节手术游离组织抓取；
- 7、测深尺，用于膝关节交叉韧带重建手术骨隧道测量；
- 8、上弯鹤嘴式肩关节过线钳工具，张口大小 2.75mm，实现组织穿刺及缝线抓取；
- 9、直鹤嘴式肩关节过线钳工具，张口大小 2.75mm，实现组织穿刺及缝线抓取；
- 10、动力脚踏用于控制动力刨削手柄，以完成左向转，右向转及往复转的功能；
- 11、精钢制作, 坚强可靠，可高温高压消毒；
- 12、手动工具具备叉状手柄及环状手柄两种设计，方便手术操作。

13、配置

序号	器械名称	单位	数量
1	移植物直径测量器 4.5-12mm	个	2
2	5mm 空心钻	个	1
3	6mm 空心钻	个	1
4	7mm 空心钻	个	1
5	8mm 空心钻	个	1
6	9mm 空心钻	个	1
7	10mm 空心钻	个	1
8	5.5mm 空心钻	个	1
9	6.5mm 空心钻	个	1
10	7.5mm 空心钻	个	1
11	8.5mm 空心钻	个	1
12	9.5mm 空心钻	个	1
13	直篮钳	个	3

14	咬口篮钳，3.4mm，15° 上翘	个	2
15	咬口篮钳，3.4mm，15° 上翘，上弯	个	1
16	游离体抓钳	个	2
17	测深尺	个	1
18	22 度上弯鹤嘴夹线钳	个	2
19	直鹤嘴钳，2.75mm	个	2
20	动力刨削系统脚踏	个	1

（二）椎板咬骨钳

- 1、全系可拆卸设计；
- 2、人体力学设计手柄，高分子材料防滑设计。
- 3、1mm 技术参数：
 - 3.1 工作长度 20cm，40 度；
 - 3.2 咬口宽 1mm，开口 13mm。
- 4、2mm 技术参数：
 - 4.1 工作长度 20cm，40 度；
 - 4.2 咬口宽 2mm，开口 13mm。
- 5、3mm 技术参数：
 - 5.1 工作长度 20cm，40 度；
 - 5.2 咬口宽 3mm，开口 13mm。
- 6、4mm 技术参数：

6.1 工作长度 20cm，40 度；

6.2 咬口宽 4mm，开口 13mm。

7、配置

序号	规格	单位	数量
1	1mm	把	2
2	2mm	把	2
3	3mm	把	2
4	4mm	把	2