

G包用户需求书

一、商务要求

- 1、交付时间与地点要求：合同签订后 60 天内。地点：用户指定地点。
- 2、付款条件：由双方协商
- 3、供应商资格要求：见采购公告
- 4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。
- 5、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。
- 6、其他要求：供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

二、技术要求：

采购清单表

包号	序号	设备名称	是否接受进口产品投标	数量	单位
G包	1	全胸腔高频脉冲排痰系统	不接受	1	台

G包参考配置及技术要求

（一）全胸腔高频脉冲排痰系统

1. 结构形式：便携式推车结构；
2. 知名品牌风机低噪音，充气压力稳定正常工作 $\leq 65\text{dB(A)}$ ；
3. 双导气软管使受力均匀，有效促进排痰，提高患者舒适度；
4. 工作频率 $\geq 2-26\text{Hz}$ ，调节步进 1 Hz 具有低频低压保护功能；

5. 定时范围 $\geq 1-100$ 分钟，调节步进为 1 分钟；
6. 振动强度 $\geq 1-11$ 档可调，调节步进为 1；
7. 压力范围 $\geq 0.5-3.9$ KPa ；
8. 导气软管与主机及气囊背心之间连接牢固，在承受 5N 拉力情况下，不得松动、脱落；
9. 压力与频率自动调节功能，低频低压保护功能；
10. 最低档 0.5kpa 可以作用于婴幼儿及重症患者并且压力分档每档步进为 0.35kpa，分档精确，可以保证稳定的拍打压力，保证患者舒适；
11. 背心及胸带设计加入人体工程学的研究，更加适合国人的身体结构，更好的贴身，从而能够更加有助于排痰的效果，并且背心和胸带自主知识产权，让临床更好的放心的去使用；
12. 单气缸内置带双脉冲拍打盘的内拍结构。内拍相比较于外拍结构精简，以更小幅度的振动，以更小的噪音达到良好的排痰效果；
13. 原理：震动+气流；
14. 配雾化功能。
- 15. 配置清单：**
 - 15.1 主机数量：1 台；
 - 15.2 导气软管 2 根；
 - 15.3 气囊背心 3 件（大中小号各一件）；
 - 15.4 气囊胸带 3 件（大中小号各一件）；
 - 15.5 ≥ 5 寸液晶触摸屏。