

# E包用户需求书

## 一、商务要求

- 1、交付时间与地点要求：合同签订后 60 天内。地点：用户指定地点。
- 2、付款条件：由双方协商
- 3、供应商资格要求：见采购公告
- 4、验收要求：按谈判文件技术参数和国家行业标准进行验收。
- 5、售后服务要求：设备按原厂商标准提供维护。
- 6、其他要求：供应商不是制造商的，必须获得设备制造商或国内总代理针对本项目的直接授权并提供授权书和售后服务承诺书。

## 二、技术要求：

### 采购清单表

包号	序号	设备名称	是否接受进口产品投标	数量	单位
E包	1	硬质消毒容器	接受	25	套

## E包参考配置及技术要求

### （一）硬质消毒容器

#### 1. 整体要求

##### 1.1 箱体要求

1.1.1 该品牌 $\geq$ 4种大小尺寸可供选择，满足不同科室手术器械包包装要求(包括有1/1尺寸、3/4寸、1/2尺寸、供精密器械灭菌盒等)；

1.1.2 原材料为铝，重量轻，底部无穿孔设计；

1.1.3 标准 1/1 尺寸有 $\geq 3$ 种高度箱体选择，标准 3/4 尺寸有 $\geq 3$ 种高度箱体选择，标准 1/2 尺寸有 $\geq 3$ 种高度箱体选择，满足不同器械包需要；

1.1.4 双侧有符合人体工程学把手，90° 自停式设计，保护医务人员双手不被夹持。

## 1.2 盒盖要求

1.2.1 盒盖要求为铝合金材料，或者具有同等性质/功能的材料；

1.2.2 同一箱体有不同系列盒盖可选配，可减少科室升级和替换成本。

## 1.3 载物篮要求

1.3.1 原材料为不锈钢，一体式压塑成型，表面光滑有效防止外科手套损坏；

1.3.2 有至少 2 种大小网眼供选择，满足器械清洗和装载需要；

1.3.3 双侧有可止于至少 2 种位置的内弯把手，便于手术室的无菌准备；

1.3.4 配耐高温塑料支撑脚，保护箱体少刮擦，底层通透保证灭菌及干燥效果；

1.3.5 配硅胶垫，硅胶垫可支撑和保护器械；

1.3.6 可配内嵌篮筐，在复杂器械包放置包内容物相互碰撞，保护效果更好；

1.3.7 可升级为器械固定支架保护精细器械，材质为硅胶，支架 $\geq 10$ 种尺寸可选，满足各种配包需求。

1.4 无菌屏障系统：使用膜式过滤系统，灭菌盒整体使用寿命 $\geq 10$ 年。

1.5 灭菌兼容性：可用于预真空压力蒸汽灭菌器。

1.6 干燥度：灭菌后内外无湿包，无积水。

1.7 安全系统：灭菌盒使用一次性指示卡和塑料密封圈，或自带指示装置，可用作辨别灭菌盒是否被开启指征，管理流程符合 WS310 标准。

1.8 无菌存放期：可存放 $\geq 6$ 个月(需提供中国疾病预防控制中心的论证证明)。

## 1.9 一致性要求

1.9.1 为便于维护保养，要求盒盖、箱体、载物篮、硅胶垫、密封圈、固定支架为同一厂家产品；

1.9.2 具有条形码、铭牌和指示卡的固定卡槽，有颜色标注窗和标签：不同器械可以不同的颜色进行标注，并可插入条形码及铭牌标签，可提供与手柄颜色一致的铭牌。

## 2. 具体要求

- 2.1 灭菌箱体：1/1 灭菌箱体，不带孔，材质：铝，整体尺寸 592\*274\*135mm（尺寸允许误差±5mm），数量：20 个；
- 2.2 器械篮：标准 1/1 型号-带脚不锈钢载物篮，不锈钢，工作端，内围尺寸，538x251x92mm，整体端，外围尺寸，540\*253\*106mm（尺寸允许误差±5mm），数量：20 个；
- 2.3 灭菌盒盖：1/1 型号灭菌盒内盖，整体端尺寸：588\*285\*36mm（尺寸允许误差±5mm），数量：20 个；
- 2.4 灭菌箱体：3/4 型号灭菌箱体-不带孔，铝，整体端尺寸：470\*274\*135mm（尺寸允许误差±5mm），数量：5 个；
- 2.5 器械篮：标准 3/4 型号-带脚不锈钢载物篮，工作端，内围尺寸，404x251x92mm，整体端，外围尺寸，406\*253\*106mm（尺寸允许误差±5mm），数量：5 个；
- 2.6 灭菌盒盖：3/4 型号灭菌盒内盖，铝，整体端尺寸：460\*285\*36mm（尺寸允许误差±5mm），数量：5 个；
- 2.7 大塔支架：大塔支架，硅胶，240x40mm（尺寸允许误差±5mm），数量：50 个
- 2.8 固定钉：固定钉，用于把支架固定在器械筐上，数量：100 个；
- 2.9 一次性密封圈：高分子材料，用于灭菌盒的密封保障，数量：10000 个；
- 2.10 滤纸：一次性纸质滤膜，数量：5000 张；
- 2.11 台车：用于放置灭菌盒，带轮子，可移动，数量：2 台。