

项目编号：HNZC2020-010

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目

竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 人：乐东黎族自治县卫生健康委员会

代理机构：海南子才招标代理有限公司

2020 年 11 月

专业 诚信 高效 独立 科学 公正

目 录

第一章	竞争性谈判公告	2
第二章	谈判须知	5
第三章	采购需求	12
第四章	合同文本	14
第五章	谈判程序	17
第六章	响应文件格式	20

第一章 竞争性谈判公告

海南子才招标代理有限公司受乐东黎族自治县卫生健康委员会委托，对乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目组织竞争性谈判方式进行采购，现欢迎合格的供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、项目编号：HNZC2020-010

二、项目名称：乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目

三、采购内容：本项目共 1 个包，采购金额为 259.3 万元，其中乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-A 包（HNZC2020-010-A）金额 213.5 万元，乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-B 包（HNZC2020-010-B）金额 45.8 万元，报价不得超过采购金额。采购范围：采购医疗设备一批。（详见采购需求表）

四、资金来源：财政资金

五、合格供应商应具备的资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近 2020 年任意 1 个月或季度的单位财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表，复印件加盖公章）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2020 年任意 1 个月或季度的企业缴纳增值税记录 and 社保缴纳记录凭证，复印件加盖公章）；

（4）如供应商不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

（5）所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口设备除外），属于一类医疗器械产品的须具备第一类医疗器械备案凭证，并提供证件复印件（加盖公章）；

（6）参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；

(7) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

(8) 落实政府采购政策需满足的资格要求:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

(9) 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金(银行转账凭证复印件);

(10) 本项目不接受联合体投标且不允许分包或转包。

六、购买竞争性谈判文件须知

1、购买竞争性谈判文件时间:2020年12月1日至2020年12月3日(上午8:30-12:00, 14:30-17:30, 北京时间;节假日除外)。

2、购买竞争性谈判文件地点:海口市文坛路2号海南工商学院教工宿舍楼19栋二单元1605室。

3、供应商购买竞争性谈判文件时应携带以下资料:

(1) 供应商须根据本竞争性谈判公告中,合格供应商应具备的资格条件的五、(1)条款提供有效的证明资料(复印件加盖公章);

(2) 法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件、购买人的人员社保证明(复印件加盖公章、原件核验);

4、本竞争性谈判文件售价:人民币500.00元/包(文件售后不退,谈判资格不能转让)。

5、购买方式:现场购买(谈判文件电子版本发至购买人邮箱)。

注:供应商应在规定的时间内到指定地点领取本竞争性谈判文件,并登记备案,如在规定时间内未领取竞争性谈判文件并登记备案的供应商均无资格参加该项目的竞争性谈判。

七、谈判响应文件递交截止时间

2020年12月4日14:40:00(北京时间),逾期送达的文件拒不接受。

八、谈判时间和地点

1、谈判时间:2020年12月4日14:40:00(北京时间)。

2、谈判地点:海秀东路74号鸿泰大厦14楼开标室1。

九、公告发布媒介:全国公共资源交易网(海南省)、中国海南政府采购网。

十、谈判保证金

供应商递交响应文件前，乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-A包（HNZC2020-010-A）应提交人民币 10000.00 元的谈判保证金；乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-B包（HNZC2020-010-B）应提交人民币 2000.00 元的谈判保证金

保证金到账截止日期：2020 年 12 月 4 日 14:40:00（北京时间）。

十一、联系人及联系电话

采购人：乐东黎族自治县卫生健康委员会

地址：乐东黎族自治县

联系人：符工

联系电话：0898-85531233

代理机构：海南子才招标代理有限公司

地址：海口市文坛路 2 号海南工商学院教工宿舍楼 19 栋二单元 1605 室。

联系人：陈工

电话：0898-65329594

第二章 谈判须知

1、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判书中所叙述项目的货物或服务采购。

2、定义

2.1“采购人”系 乐东黎族自治县卫生健康委员会。

2.2“采购代理机构”系海南子才招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人。

3、合格的供应商资格条件

合格的供应商应具备以下条件：

(1) 本谈判文件“竞争性谈判公告”第5条规定的资格条件；

(2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据提交的具体方式、信用信息的使用规则：

① 供应商不良信用记录查询网址以下任意一个：信用中国网

(<http://www.creditchina.gov.cn/>、中国政府采购网

(<http://www.cccp.gov.cn/>、信用中国（海南）网

(<http://xyhn.hainan.gov.cn/hnxyweb/p/index.html>)。

② 信用信息查询要求：查询时间同项目公示时间，提供截图。

③ 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动；

4、竞争性谈判采购费用

无论竞争性谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 竞争性谈判文件的组成

(1) 竞争性谈判公告

(2) 谈判须知

- (3) 采购需求
- (4) 合同文本
- (5) 谈判程序
- (6) 响应文件格式

5.3 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

5.4 供应商对竞争性谈判文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间1天前向谈判小组或采购代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本竞争性谈判文件的要求。

6、响应文件

供应商须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件，对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

6.1 资格性响应文件

符合谈判文件第一章规定的资格条件。

6.2 技术、服务性响应文件

包括响应函、采购需求响应情况表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

7.3 本项目预算价：人民币 259.3 万元，其中 A 包金额 213.5 万元，B 包金额 45.8 万元；

7.4 供应商不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，不符合市场价格，供应商须提供详细的成本分析说明资料，在谈判现场交给评审委员会经过综合评审认为可行，采购人有权要求成交人在签订合同前提供预算金额的 15%作为质量保证金，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，没收质量保证金，并报主管部门严肃处理。

8、响应文件的递交

8.1 响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。

8.2 供应商应当准备响应文件正本 1 份、副本 2 份，以及单独提交的“报价一览表”（壹份），投标文件电子版（**提交 Word 和 PDF 两种格式**）由 U 盘保存并标贴标记。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

8.3 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。单独提交的“报价一览表”应为原件。

8.4 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

8.5 响应文件正本和副本必须装订成册，不得采用活页式装订。

8.6 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，未按要求或超过投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

8.7 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

9. 响应文件的密封及标记

9.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.2 响应文件正本、所有副本和谈判文件要求单独提交的报价一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“报价一览表”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

9.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在密封口处加盖公章及授权人签字。

10、响应文件格式

供应商应严格按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容，否则以无效投标处理。

11、谈判保证金：

保证金金额：乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-A包（HNZC2020-010-A）应提交人民币10000.00元的谈判保证金；乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目-B包（HNZC2020-010-B）应提交人民币2000.00元的谈判保证金。

保证金到账截止日期：2020年12月4日14:40:00（北京时间）

谈判保证金交款方式：谈判保证金须从基本户转出，所有递交方式均以到帐时间为准。

开户名：海南子才招标代理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司海口海信支行

账号：4605 0100 4736 0000 1354

11.1 供应商应提交一笔不少于本竞争性谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还，未成交者的谈判保证金转账退还。

谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时可根据第 10.4 条的规定不予退还供应商的谈判保证金。

11.2 未按规定时间和数额交纳谈判保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

11.3 未成交人的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（以非现金方式退还）。为确保保证金的退还，请各供应商用正楷填写本谈判文件附件一“确认表”连同附件二资料在递交响应文件截止日期即谈判当天，采购仪式结束后，递交给本采购代理机构项目工作人员。

成交人的谈判保证金在成交人与采购人签订采购合同后 5 个工作日内无息退还（以非现金方式退还）。退还时请返还采购合同（原件）1 份及确保已正常递交本谈判文件附件一“确认表”连同附件二资料后，到本采购代理机构财务部办理。

11.4 下列任何情况发生时，谈判保证金将被不予退还：

11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

11.4.4 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.4.5 成交供应商未交纳成交服务费的。

12、确定成交候选人

12.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

12.2 采购人在收到谈判报告后 5 个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

12.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

- (一) 成交候选供应商存在违法、违纪行为的；
- (二) 成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行政府采购合同的；
- (三) 成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；
- (四) 其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其谈判保证金将被没收。

13、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

14、成交服务费：本项目招标代理服务费以最终成交价，参照国家计委“计价格[2002]1980号”和国家发改委“发改办价格[2003]857号”文件等国家有关规定计取，由成交供应商向招标代理机构交纳招标服务费。

15、签订合同

15.1 成交供应商应在领取成交通知书后 30 日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

15.2 竞争性谈判文件、供应商提交的响应文件、谈判中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

16、政府采购政策

16.1 本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

16.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

16.3 投标产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

16.4 投标产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购

清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

16.5 谈判文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

16.6 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。（成交单位所投产品为小型和微型企业产品的，交货时应提供相应的厂家证明材料，否则取消中标资格）

17、履约保证金（本项目不适应）

17.1 成交人应在合同签订之前交纳谈判文件规定数额的履约保证金。

17.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

18、签订合同

18.1 成交人在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

18.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交人投标文件作实质性修改。

18.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在成交人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

18.4 成交人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构财务留存。

19、合同分包

19.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

19.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

20、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21、履行合同

21.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

21.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

22、验收

成交人与采购人应严格按照谈判文件中验收的标准进行验收。

23、质疑、投诉处理

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理， 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商在收到答复不满或规定时间内没有收到答复的，在规定期满后 15 个工作日内可以向同级财政提起投诉。

第三章 采购需求

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目（A包）清单

序号	名称	数量	备注
1	全自动血液分析仪	1	
2	全自动生化分析仪	1	
3	全自动化学发光免疫分析仪	1	
4	全自动核酸提取仪	1	
5	实时荧光定量 PCR 仪	1	

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目（A包）

产品技术参数

1、全自动血液分析仪技术参数

- ★1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测
- 2、检测参数：≥26 项可报告参数（不含散点图和直方图）
- 3、研究参数：≥6 项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息
- ★4、样本用量：五分类+CRP 模式≤40μ l，CRP 模式≤20μ l
- 5、检测速度：五分类+CRP 模式≥60 个样本/小时
- 6、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能
- ★7、检测模式：具有独立 CRP、五分类+CRP 等 3 种以上全血检测模式
- 8、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能
- ★9、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式
- 10、WBC 线性范围：0~400×10⁹/L
- ★11、CRP 线性范围：0.3~300mg/L
- 12、CRP 携带污染：≤1.0%
- 13、操作系统：全中文操作分析报告软件

- 14、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧
- 15、工作电压：(100V-240V~)允差±10%

2、全自动生化分析仪技术参数

- 1、仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪
- 2、★化学比色速度：320T/H
- 3、选配 ISE 检测：速度可达 480T/H
- 4、测试原理：比色法、比浊法、固定时间法、离子选择电极法（ISE）
- 5、同时分析项目：103 个（生化 100 个，ISE3 个，）
- 6、样本位：最大可达 100 个；，具有冷藏功能
- 7、样本盘：支持内置条码（选配）
- 8、最小样本量：≤2μl，0.1μl 步进
- 2.3.1. 加样误差：2μl 时，准确度±5%，精密度≤2%；45μl 时，准确度±3%，精密度≤1%
- 10、样本针携带率：≤0.1%
- 11、试剂位：最大可达 100 个；，具备 24 小时不间断冷藏
- 12、试剂冷藏：2-12℃
- 13、试剂盘：支持内置条码（选配），具备拓展功能
- 14、试剂扩容技术：支持多个位置放置同一种试剂
- 15、试剂针：具有液面探测和试剂预加热功能
- 16、试剂量：10μL~200uL，0.5μl 步进。
- 17、反应杯：≥80 个
- 18、★最小反应液体积：100μl~360uL；
- 19、反应时间：≥10 分钟
- 20、反应盘恒温：37℃±0.1℃，包容式恒温，日常免维护保养
- 21、独立搅拌针：≥1 个
- 22、反应杯类型：光径≤5mm
- 23、分光方式：全息凹面平像场光栅后分光
- 24、标配波长：12 个
- 25、波长数范围：340-800nm

- 26、吸光度线性范围：0~3.5Abs
- 27、★支持 HbA1c 全血测试功能
- 28、具有酶线性拓展功能
- 29、★支持在线试剂装载
- 30、★ 8 阶自动清洗机构对反应杯进行不间断清洗剂和去离子水清洗；具有清洗剂和去离子水预加热功能

i.

ii. 3、全自动化学发光免疫分析仪技术参数

- 1、仪器类型：全自动随机任选管式；急诊优先检测
- 2、★测试原理：ALP 标记的辉光型化学发光，最长发光时间>24H
- 3、★分析速度：≥180T/H
- 4、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法
- 5、★同时分析项目：≥23 个项目
- 6、支持自动重测：具备
- 7、支持急诊插入：具备
- 8、支持一键启动：具备，通过运行键快速启动测试，无需再到软件上去操作
- 9、样 本 位：同时可放入≥50 个样本
- 10、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管，规格（Φ 12~16）mm ĩ（25~100）mm
- 11、样本针：具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能
- 12、★样本针清洗：瀑布式真空气吸清洗
- 13、样 本 量：10μ l ~200μ l，1μ l 步进
- 14、样本针携带率：≤0.01%
- 15、★试 剂 位：盘式试剂盘，共 25 个试剂位
- 16、试 剂 瓶：集成一体穿刺式，硅胶膜自封口
- 17、试剂在机混匀：独立混匀构造及试剂瓶混匀装置，支持磁珠试剂在机混匀
- 18、★试剂在线更换：具备，仪器测试进行中支持试剂在线更换
- 19、试剂冷藏：2-8℃
- 20、试剂扩容技术：支持多个位置放置同一种项目试剂
- 21、试 剂 针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能
- 22、反应温度：37℃±0.1℃

- 23、★反应盘恒温：恒温槽固体直热，日常免维护保养
- 24、★混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测
- 25、底物注入功能：具备
- 26、PMT 自校准：具备，25 分钟自校准一次
- 27、校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正；4PLC 定量分析算法，cutoff 定性分析算法
- 28、质控规则：Westgard 多规则质控、Twin plot
- 29、紧急插入功能：具备
- 30、试剂余量检测：具备
- 31、新装试剂检测：具备，少于 46T（50T 包装）/96T（100T 包装）软件提醒客户检查试剂，出现问题提醒更换
- 32、支持定时开机功能：具备
- 33、具备项目遮蔽功能：具备

4、全自动核酸提取仪招标参数

1. 精美的外型，全景式设计，可随时观察操作界面及提取仓状态。
2. ★ 独特的抽屉式取样设计，可自由拿放耗材。
3. 人性化触屏操作：便捷的触控式操作，大屏幕彩色显示。
4. ★ 提取模式：震荡混匀、支持双孔裂解独立控温。
5. ★ 快速提取：操作时间短，30-60 分钟/次，一次可同时提取 32 份样本。
6. 精准的温度控制，独特的双排独立裂解温控模块，温度控制范围为 30℃-90℃。
7. 高精度、高得率的复孔提取方式，最大处理样本体积为 600 μ l。
8. 高灵敏度的提取方法，磁珠回收率大于 95%。
9. 配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染，孔间 CT 值不超过 3%。
10. ★ 全封闭式设计，内置 UV 灭菌装置，确保生物安全。
11. 多数据输出设计，主要数据接口有 RS232、RJ45 和 USB。
12. 适用范围：临床检测、常规科研、基因组学、疾控系统、食品安全、法医等领域。

iii. 5、实时荧光定量 PCR 仪基本参数

★样本容量	96×0.2ml 离心管, 适应 12×8 联管, 独立进样系统实现不同反应程序的同时运行, 可升级至 18×8 联管, 3 模块检测系统。
光源	超高亮度 LED
★检测器	高灵敏度光电传感器, 贴壁检测, 无需 ROX 荧光校准
灵敏度	低至 1 个拷贝
检测动力学范围	10 ⁰ -10 ¹⁰
反应容积	5—100μ L
★检测的荧光素及染料	F1 : FAM, SYBR GREEN; F2 : VIC, HEX, JOE, TET, YELLOW F3:CY3; F4:ROX; F5:CY5 FF6:CY5.5 F7:选配 F8: 选配
★激发光波长	F1:470nm F2:523nm F3:571nm F4:624nm F5:655nm F6:675nm F7: 选配 F8: 选配
★热盖	自动进样, 电子自动热盖
温度范围	9-100℃
温度梯度范围	1~36℃, 可自动生成 24 列不同温度梯度控温
控温模式	半导体热电模块
均匀性	±0.1℃
温控精度	±0.1℃
★升温速率 (MAX)	≥6.5℃/s
降温速率 (MAX)	≥6.5℃/s
热盖温度范围	30-120℃ (可调默认 105℃)
荧光强度检测重复性	CV≤0.5%
样本检测重复性	CV≤0.5%
样本线性	线性回归系数 r ≥0.999

荧光线性	线性回归系数 $r \geq 0.999$
★自动预警	仪器可实现污染自动预警
★仪器通讯接口	USB 2.0, 仪器可选平板电脑, 可实现远程无线控制
操作系统	Windows Vista /7/8/10
输入电源	100-240V ~ 50/60Hz 500W
注册认证	CFDA

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目（B包）清单

序号	名称	数量	备注
1	上肢运动控制训练系统	1	
2	电动起立床	1	
3	ABS 双摇病床	40	
4	ABS 床头柜	40	

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目（B包）

产品技术参数

1、上肢运动控制训练系统技术参数与规格:

一、上肢运动控制训练平台

1、配备捏力传感器、握力传感器、圆柱形把手、握形把手、圆盘（3英寸）、圆盘（4英寸）、圆盘（5英寸）、匙形把手、长条形把手、球形把手、方向盘、垂直操作杆圆盘等 12 种配件

2、评估钳状捏力、侧指捏力、拇食指尖捏力、握匙捏力、握力、扭力角度等数据，包括最大用力值、达到峰值的时间、后 60%的平均用力、平均用力值、耐力、递减时间等，支持数值、曲线、柱状图三种显示方式

- 3、提供 10 种以上的包含作业训练、认知、ADL 等情景互动训练模式，实现上肢握力、握力、扭力的等长训练、等张训练、耐力训练、爆发力训练、共同运动训练、分离运动训练、活动度训练、协调训练，倒水、开门、捏钥匙，拧毛巾等 ADL 训练
- 4、配备无线传感器，提供代偿提醒功能，防止患者躯干在平衡训练过程中出现异常范围的代偿运动
- 5、评估时间可分档选择，5 秒、10 秒、30 秒，适合早中后各期患者
- 6、评估报告支持前后进展对比，左右肢体对比
- 7、评估数据支持本地储存，彩色打印，图片导出
- 8、训练组合方案，可自由设置多个训练形成一个组合方案
- 9、传感器可监测前后向运动、左右向运动、旋转向运动，全方位监测患者运动情况
- 10、防代偿功能通过声音、画面 3D 人物弹窗提醒，直观易懂
- 11、配备高清屏幕电脑，支持扩展至任意尺寸的投影、电视机
- 12、配备高性能彩色打印机，采用成熟的 FINE 打印头技术，最高打印分辨率 4800 ×1200dpi

二、技术规格

- 1、产品整体尺寸（长×宽×高）：150cm×80cm×120cm
- 2、电脑配置不低于：内存 2GB；硬盘 500GB 7200 转；CPU Intel Pentium；19 寸屏幕
- 3、握力测量范围：0 - 30Kg，精度 1%；握力测量范围：0 - 90Kg，精度 1%；扭力阻力 10 级可调
- 4、传感器配置
重量：43.3 克；尺寸：52x41.1x18.6mm；动态范围：360 度全方位；加速度量程：+/-2g；陀螺仪量程：+/- 2000 dps；磁力计：0.88GA；角度测量分辨率：0.02 deg；电池容量：960mAh；数据传输：最大 104 帧每秒（FPS）的欧拉角、四元数、原始数据输出

2、电动起立床技术参数

1. **适应范围**：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。
2. **性能参数**：
 - 2.1 产品净重：110×（1±15%）kg。

- 2.2 床面规格（长×宽）：1860mm×610mm，误差±10%。
- 2.3 床体升降高度：450mm~800mm，误差±10%。
- 2.4 床面从水平位置（0°）到直立位置（85°）的运行时间：≥30s。
- 2.5 具备站立角度查看及调节功能：0~85°可调，误差±5°。
- 2.6 具备脚踏板角度（脚踏板与床面的角度）可调功能：75°~115°，误差±5°。
- 2.7 最大安全载荷：
- 1) 电动起立床的最大安全载荷为180kg；
 - 2) 脚踏板的最大安全载荷为160kg；
 - 3) 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向75kg，水平方向50kg；
 - 4) 胸部和胯部绑带最大安全工作载荷为50kg。
- 2.8 ★软件功能：
- 1) 具有手动程序（P1模式），可设置站立角度和站立时间；
 - 2) 具有八种内置程序（P2-P9模式），可分为间歇模式、渐增渐减模式、渐增模式三大类；站立角度由内部程序控制，可设置站立时间。
- 2.9 具备站立时间设置功能：0min~60min/0min~75min 可调，步长 5min，误差±2%，计时结束有提示音。
- 2.10 双电机控制床体升降及床体起立。
- 2.11 独特的脚踏控制结构，方便床体的转移；进行站立训练时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性。
- 2.12 采用高性能电机，运行平稳安静。

3、ABS 双摇病床产品技术参数

产品参数：

- 1、摇杆：超强承重能力，可通过独立承重测试，摇手柄隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位。
- 2、摇杆采用万向联轴节结构，安全可靠，使用轻松无噪音；防护结构，不积尘，保证使用顺畅，摇手把采用碳钢金属及 ABS 强化塑胶材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。
- 3、调节范围：背部倾斜度 0°—85°（±5°）、腿板倾斜度 0°—45°（±5°）。

4、床体静态承载重量： $\geq 300\text{KG}$ 。

5、床面为条形设计，美观耐磨、防滑透气，整体补强设计，强度高，坚固耐用。

6、床底左右前后具备 4 个引流尿袋挂钩和 4 个点滴架插孔

材质说明：

1、**床头尾板：**采用优质 ABS 全新原料工程塑料，经一次性注塑成型，可兼做 CPR 板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，贴纸颜色可选择，满足临床急救需求。

2、**床框**采用 $40\times 80\times 1.2\text{ mm}$ 优质冷轧钢管. 整体牢固耐用、高档、美观大方。

3、**床面板**采用条形冷轧钢板经整板一次性冲压冲孔成型（条形无孔），床面整体透气防滑, 美观耐用，床体防撞防锈，有效防治褥疮，透气防湿。

4、床脚采用 $\diamond 50\times 50\times 1.2\text{ mm}$ 优质钢管, 牢固耐用. 床脚底部选用高耐磨、静音防腐、防缠绕的 5 寸双面万向包罩静音轮，四轮均带刹车装置，可独立控制整床的移动及固定，轮面采用 TPR 耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物 卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈。

5、床框两侧配备铝合金折叠护栏，全履式结构，六档式设计，总长 1480 mm，展开高度 360 mm，D 型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关，可根据需要做升降调节，整体高档，美观大方。其上可根据需要覆盖优质餐桌板，方便病患日常饮食、看书、使用电脑等工作；护栏上履盖餐桌板，餐桌板为 ABS 材料精制而成，具伸缩功能，两端用 ABS 压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板不使用时可挂卡至床尾，方便病人使用，安全可靠。

6、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备四个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求。

7、杂物架采用 $\phi 16\times \geq 1.2\text{ mm}$ 及 $\phi 13\times \geq 1.2\text{ mm}$ 优质钢管材料折弯成型，经焊接、喷粉等处理，表面光滑，经久耐用。

8、床体涂覆为静电粉体涂装, 做防腐处理, 防锈漆连贯作业, 防腐蚀, 耐褪色. 床体金属表面粉体涂料采用新世纪绿色健康环保新产品, 光滑耐磨, 环保无毒, 安全耐用。

9、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉末喷涂、高温烘烤固化等十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。

10、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 80 mm，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 2 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。

4、ABS 床头柜技术参数

1、整体采用 ABS 工程塑料注塑而成坚固耐用、表面光滑、易擦拭。全新工程塑料制作，抗撞抗摔抗破损。一抽、一餐板、一柜门式设计，经过无静电处理，两侧配置翻转式不锈钢毛巾挂架. 活动餐板和抽屉，抽拉轻松灵活。

2、餐板设计了水杯及体温计放置槽。柜身内有活动隔板，可调节, 柜内备有热水瓶放置处并有设计好的底座凹槽，防止移位，颜色可任选。防磨损，易清洁。

3、产品规格：规格480*465*745mm

注：★号为重要参数。供应商自行提供承诺函，承诺所投设备参数符合谈判文件要求。（格式自拟）

其他要求：

1、交货期：合同签订后30天内。

2、供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1) 提供1年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。

2) 保质期内提供5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交供应商所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

4、付款方式：以合同签订为准。

第四章 合同文本(参考合同)

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2020 年 ___月___日 (项目编号: _____) 公开招标结果及招标文件的要求, 经协商一致, 同意以下条款作为本项目合同条款。根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立采购合同, 共同信守。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	项目/产品名称	项目内容/品牌、型号	单价(元)	数量	单位	合计(元)	备注
合同总额		(小写): ¥0.00 元					
		(大写): 万 仟 佰 拾 元整					

工期/交货期/质保期: 交货期: 合同签订后 30 天内

质保期: ___ 年

二、付款方式

以合同签订为准。

三、质量保证

供方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备, 为全新未使用过的, 并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内, 供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、包装材料及运输环节

1. 包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

2. 运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

五、违约赔偿

1. 如需方验收不符合产品目录或达不到国家标准，供方无条件退货、退款并偿付货款 5%的违约金。

2、除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

3、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

4、如供方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，供方向需方偿付货款 5%的违约金。

六、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向采购人所在地人民法院提起诉讼解决。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、合同鉴证

招代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

九、本合同的组成文件

- 1、成交通知书；
- 2、采购文件（项目编号）
- 3、乙方提供的采购文件（项目编号）
- 4、采购文件的更正公告、变更公告，评标时的澄清函（如有）；
- 5、合同条款；

6、售后服务承诺保证书及合同的其它附件

上述合同文件内容互为补充（解释顺序按上述排序排列在前的优先），如有不明确，由甲方负责解释。

十、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对采购文件和响应文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。 招标文件与合同具有同等法律效应

十一、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执壹份，乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方： (盖章)

乙方： (盖章)

法定（或授权）代表人：

法定（或授权）代表人：

开户行：

开户行：

户名：

户名：

帐号：

帐号：

 年 月 日

 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经海南子才招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南子才招标代理有限公司（盖章）

经办人：

年 月 日

第五章 谈判程序

1、谈判小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，谈判小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性谈判和评审工作。

2、谈判组织

谈判工作由海南子才招标代理有限公司组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人及招标代理对递交响应文件的供应商进行资格性审查，组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行符合性审查，确定参加谈判的供应商名单。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。供应商响应文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

- (1) 未按照谈判文件规定交纳谈判保证金的；
- (2) 不具备谈判文件第一章中规定的资格要求的；
- (3) 谈判文件规定的其他无效情形；

3.1.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

- (1) 报价产品的技术规格、技术标准不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；
- (2) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与谈判文件要求不一致；
- (3) 未按照谈判文件规定的格式要求编制、签署及密封；
- (4) 报价未按谈判须知 7.4 的要求或报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；
- (5) 附有采购人不能接受的条件或者不符合谈判文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加谈判的供应商的数量采用合格制，即谈判小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本竞争性谈判文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加谈判的供应商名单。

谈判小组资格性、符合性审查结束后，向采购代理机构出具资格符合审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格符合审查的供应商，谈判小组应在资格符合审查报告中说明原因。

3.2 采购代理机构收到谈判小组出具的资格符合审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格符合审查的供应商名单，并在谈判结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。

3.4 采购代理机构组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过资格符合审查的供应商分别进行谈判，谈判以现场签到的顺序确定。

3.5 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组经采购人代表确认后，可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。

3.6 谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。

供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

3.8 谈判小组经过二轮及以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

3.10 谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

3.11 谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

- (一) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (二) 参加谈判的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；
- (三) 供应商最后报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；
- (四) 其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

3.12 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，谈判小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商。

4.3 谈判小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反谈判纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

第六章 响应文件格式

乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目

响应文件

(封面)

项目名称：乐东县中医院急诊部医疗设备采购项目

项目编号：HNZC2020-010

(正本/副本)

供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签名或盖章)

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

响应代表：_____ 签字：_____

手机：_____ 日期：2020年__月__日

目 录

一、响应函.....	
二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）.....	
三、无严重违法记录的声明函.....	
四、履约能力承诺函.....	
五、资格承诺函.....	
六、供应商的基本情况表.....	
七、其他资格证明资料.....	
八、报价一览表.....	
九、采购需求响应情况表.....	
十、小型、微型企业声明函.....	
十一、监狱企业证明文件.....	
十二、残疾人福利性单位声明函.....	
十三、质量保证和售后服务承诺.....	
十四、其他证明材料.....	

(自行完善具体页码)

一、响应函

致：海南子才招标代理有限公司：

根据贵方_____项目，编号为_____的谈判，正式授权的下述签字人_____（姓名和职务）代表供应商_____（供应商的名称），提交正本1份，副本2份。

据此函，签字人兹承诺如下：

- (1) 按谈判文件规定提供投标保证金为人民币¥_____元，（大写）_____元。
 - (2) 我们根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
 - (3) 我们已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
 - (4) 本报价有效期为自开标日起_/_日历日。报价有效期满之前均具有约束力。
 - (5) 同意按供应商须知中关于不予退还投标保证金的规定。
 - (6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。
 - (7) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。
 - (8) 如果我方成交，我方保证按照谈判文件的规定向贵方交纳成交服务费
- 与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

供应商代表姓名：_____ 签字：_____

公章：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

二、法人代表身份证明（法定代表人参加投标）

供应商名称：

注册号： _____

注册地址： _____

成立时间： _____年____月____日

经营范围： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此说明。

供应商名称： _____（盖章）

日 期： _____

附件： 法定代表人身份证复印件

法定代表人
居民身份证复印件正面粘贴处

法定代表人
居民身份证复印件反面粘贴处

法定代表人授权书（委托代理人参加投标）

海南子才招标代理有限公司：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为我方“_____”项目（项目编号：____）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

供应商名称： （盖章）

日 期：

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

<p>法定代表人 居民身份证复印件正面粘贴处</p>	<p>被授权人 居民身份证复印件正面粘贴处</p>
<p>法定代表人 居民身份证复印件反面粘贴处</p>	<p>被授权人 居民身份证复印件反面粘贴处</p>

三、无重大违法记录的声明函

海南子才招标代理有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：_____年____月____日

四、履约能力承诺函

海南子才招标代理有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的
投标活动，现承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

五、资格承诺函

致海南子才招标代理有限公司：

本公司 _____（公司名称）参加 _____（项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称： _____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）： _____

日期： _____年____月____日

六、供应商的基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数： 人			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

七、其他资格证明资料

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章，如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本，复印件加盖公章）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近 2020 年任意 1 个月或季度的单位财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表，复印件加盖公章）；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2020 年任意 1 个月或季度的企业缴纳增值税记录 and 社保缴纳记录凭证，复印件加盖公章）；

(4) 如供应商不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；并提供证件复印件（加盖公章）；

(5) 所投设备属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口设备除外），属于一类医疗器械产品的须具备第一类医疗器械备案凭证，并提供证件复印件（加盖公章）；

(6) 参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件；

(7) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

(8) 购买本项目的招标文件并缴纳投标保证金（银行转账凭证复印件）；

说明：以上证明材料中为复印件的加盖鲜章。

分项报价表

项目名称：

项目编号/包号：

序号	名称	品牌及型号	数量	单价	总价	说明
1						
2						
3						
.....						

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价

九、采购需求响应情况表

项目名称：_____项目编号/包号：_____

序号	谈判文件要求条目号	响应文件响应情况	响应/偏离

注：1. 按照采购需求逐条应答，完成响应在响应情况下打“√”并填响应，如有偏离如实填写。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

十、小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

十一、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十三、质量保证和售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 一、质量保证承诺：（格式自定）
- 二、售后服务承诺：（格式自定，仅供参考）

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

十四、其他证明材料

附件一：保证金退还账户信息确认表

项目名称及编号：

递交日期：

应退谈判保证金	小 写：	
	大 写：	
单位（盖章）	单 位 名 称	
	开 户 行	
	账 号	
	联系人及电话	

附件二：原交款、汇款凭证复印件

有关谈判保证金收退的温馨提示：

1.为了更好的退还保证金，请各供应商用正楷填写附件一“确认表”连同附件二资料在递交响应文件截止日期即谈判采购当天，采购仪式结束后，递交给我司项目工作人员。

2.未成交供应商：我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，各供应商可自行查账，若项目成交通知书发出后5个工作日没有收到保证金的，可拨打（财务电话：0898-65329594）查询。

成交供应商：我司将在收到成交供应商提供的①采购合同原件一份、②经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件、③保证金退还账户信息确认表之日起5个工作日内为您办理保证金退还手续。若提交资料后5个工作日内未收到保证金的，可拨打财务电话查询。