

用户需求书

一、项目名称

医疗防护物资

二、项目清单

序号	设备名称	单位	数量	参数和质量要求	备注
1	医用防护服	套	30000	采用 100%高密度聚乙烯无纺布或（特殊面料）制成，具有良好的透湿性和阻隔性，由连帽上衣、裤子组成。所有缝线处用胶条密封加强防护；表面抗湿性达到 4 级折合成血液穿透达 4 级。弹性面部开口，与呼吸器配合自粘性下巴门襟，袖口、裤口、腰部有松紧；防静电处理；经消毒处理，医用杀菌独立包装。符合《医用一次性防护服技术要求》（GB19082-2009），型号：连身式 160/165/170/175/180/185	
2	N95 口罩	个	55000	符合医用标准，GB19083-2019 能有效与脸部贴合 无需再次调节鼻夹的设计 高性能呼吸效率	
3	医用外科口罩	个	100000	符合医用标准，YY0469-2011。 耳挂式，独立包装。以非织造布为主要原材料经压片、缝制、包装制成。环氧乙烷灭菌。	
4	防渗一次性隔离衣	件	10000	符合医用标准，GB/T38462-2020	
5	乳胶检查手套	双	15000	符合医用标准，GB/T0213-2019。 独立包装天然橡胶乳胶制成、具有超强拉伸强度、柔韧性好、辐射灭菌。	
6	一次性面屏	个	20000	符合医用标准，GB8197-1987。 采用 PET 材质、尺寸 $\geq 22 \times 33$ cm 双面防雾、高清透明 采用柔软海绵额头内托、佩戴舒适	
7	防护靴套	双	25000	符合医用标准，GB/T28409-2012。 采用医用无纺布材质防水、防油、透气、防静电 松紧带开口、高帮	

8	核酸检测扫码设备（含笔记本电脑1台、扫描枪1把）	套	39	14英寸轻薄笔记本电脑（i5-1135G7/512G SSD/UMA FHD IPS/高清屏 /16G/集显/正版WIN10(无光驱)） 2、扫描枪，0.6kg左右 光源：影像扫描 介质：纸质， 屏幕无线传输距离：81-120M 传输方式：无线 电池容量：1500-2000mAh 存储容量：1M~2M 解码类型：二维无线 传输类型：2.4GHz （带充电底座）
---	--------------------------	---	----	--

三、其他要求

- 1、交货期：合同签订后 30 天内。交货或实施地点：指定地点。
- 2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：
 - 1) 整体项目提供 2 年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。
 - 2) 提供 2 年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，12 小时内到达指定现场。
 - 3) 培训：成交供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。
- 3、验收标准：按医疗器械质量标准及其他物资质量标准。
- 4、报价人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人将报政府采购主管部门严肃处理。
- 5、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的 60%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供政府采购合同金额的 10%作为履约保证金，同时项目预付款为 0，待所有物资到货并验收合格后再支付。如中标人在实施过程中偷工减料、不按期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。