

补齐海口市新冠疫情防控应急医疗物资

单位：元

序号	商品名称	单位	拟招套数	每套数量	拟招数量	参数和质量要求
A包	医用酒精	瓶	2878	2	5756	符合医用标准。75%酒精（500ml/瓶）4000瓶。
	医用酒精	瓶		1	2878	符合医用标准。75%酒精，喷雾型（100ml/瓶）
	75%免洗手消毒液	瓶		2	5756	符合医用标准。醋酸氯己定含量0.45%-0.55%（W/V），乙醇含量为70%±5%（V/V），配以天然护肤成分和保湿因子。（500ml/瓶）。
	医用防护服	套		10	28780	采用100%高密度聚乙烯无纺布或（特殊面料）制成，具有良好的透湿性和阻隔性，由连帽上衣、裤子组成。所有缝线处用胶条密封加强防护；表面抗湿性达到4级。折合成血液穿透达4级。弹性面部开口，与呼吸器配合自粘性下巴门襟，袖口、裤口、腰部有松紧；防静电处理，经消毒处理，医用杀菌独立包装。符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009。型号:连身式160/165/170/175/180/185
	医用N95口罩	个		10	28780	符合医用标准，GB19083-2019。灭菌型，折叠式，独立包装，能有效与脸部贴合，无需再次调节鼻夹的设计，高性能呼吸效率，过滤效果不低于95%。
	医用外科口罩	个		10	28780	符合医用标准，YY0469-2011。耳挂式，独立包装。以非织造布为主要原材料经压片、缝制、包装制成。环氧乙烷灭菌。
	一次性手术衣	套		10	28780	符合医用标准，GB/T38462-2020。独立包装，环氧乙烷灭菌。
	医用检查手套	双		15	43170	符合医用标准，GB7543-2006。天然橡胶制成，具有超强拉伸强度，柔韧性好。
	医用帽非无菌	个		15	43170	符合医用标准，YY/T1642-2019
	医用隔离面屏	个		10	28780	符合医用标准，GB14866-2006。采用PET材质、尺寸≥22×33cm，双面防雾、高清透明，采用柔软海绵额头内托、佩戴舒适
	医用隔离靴套	双		10	28780	符合医用标准，GB/T28409-2012。采用医用无纺布材质防水、防油、透气、防静电，松紧带开口、高帮。
	医用隔离鞋套	双		10	28780	符合医用标准，YY/T1633-2019
	压舌板	个		100	287800	符合医用标准。木质材料制成，独立包装，一次性使用。
	胶布	卷		4	11512	医用网纹易撕胶布。

序号	商品名称	单位	拟招套数	每套数量	拟招数量	参数和质量要求
B包	病毒采样试剂 (混采10:1)	支	2878	60	172680	<p>1. 管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度，盖内有垫圈、耐冷冻。管体透明，可视度好。试管外径(14.8±0.2)MM*(100.5±0.4)MM，管帽外(15.8±0.15)MM，高度(12.5±0.5)MM。容量企业定标10ML，内含6ML(10合1混采)胍盐(异硫氰酸胍或盐酸胍等)或其他有效病毒灭活剂的保存液，首选含胍盐的采样管。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色(如粉红色)，并保持一定的流动性，方便取样。</p> <p>2. 采购人提供印制好的长方形条形码，由采样管供应商将条形码贴在管体上；条形码粘贴规则为与管帽方向垂直粘贴，粘贴后条形码呈一字型，不得呈弧形环抱管体。</p>
	采样拭子	支		600	1726800	按10:1配套。
	密封袋	个		60	172680	可封口塑料密封袋，长度不低于15cm，宽不低于10cm。