

表2

政府采购项目详细需求表

| 序号 | 采购项目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 是否进口产品 | 备注 | |
|----|----------|--|-----|----|----------|------------|--------|----|--|
| 1 | AED自动除颤仪 | <p>一、配置要求</p> <p>包括一台AED便携式除颤仪、一台同品牌训练机、一个模拟人，并对项目学校教职工进行使用培训。设备符合GB 9706.1 - 2007、GB 9706.8 - 2009、GB/T 14710 - 2009、YY 0505 - 2012 及相关标准专业要求，配置满足《公共场所自动体外除颤器配置指南（试行）》（国卫办医函〔2021〕602号），同时具有成人模式和儿童模式。</p> <p>二、主要技术参数</p> <p>1. 整机重量（含电池、电极片）≤2.8Kg，有便携把手。</p> <p>2. 可承受至少1.2米高度跌落，防尘防水级别达到IP55。</p> <p>3. 采用双相波技术，最大输出能量不低于200J。</p> <p>4. 主机使用寿命≥8年，工作环境至少满足0°C - 50°C。</p> <p>5. 电池有效期≥5年，至少能支持200次最高能量放电。</p> <p>6. 电极片有效期≥36个月，预先连接主机，开机可用。</p> <p>7. 一键开机，不小于4英寸显示屏指导急救操作。</p> <p>8. 必备中文语音，鼓励常用外语语音便捷转换。</p> <p>9. 内存≥1GB，可存储ECG波形、抢救事件及录音等信息。</p> <p>10. 具备录音功能，可保存至少60分钟抢救现场录音。</p> <p>11. 提供8年质保。</p> <p>12. 具备远程智能管理和监控功能，预备对接三亚急救平台及智慧城市联网。</p> | 116 | 台 | 20000.00 | 2320000.00 | | 否 | |

金额单位:元

备注: 1. 预算单位原则上应通过GFMS采购系统报备政府采购计划, 通过填写本表报备政府采购计划仅限于: ①资格招标; ②资金尚未落实的采购项目 (如PPP项目、棚改购买服务);

2. 资金尚未落实的采购项目, 应先由市财政局部门预算业务主管科出具资金保障意见, 再送政府采购管理科备案。

3. 政府采购项目必须与报备的政府预算资金用途一致。

4. 其他资金指: 教育事业发展、收回存量资金、单位结余、住房补助资金、单位自有资金、其他财政资金。

5. 属于高校、科研院所采购科研仪器设备, 请在“是否属于高校、科研院所采购科研仪器设备”栏进行勾选确认, 并提供科研仪器设备的认定意见。

6. 政府采购项目涉及进口产品的, 预算单位还应提供进口产品专家论证材料。高校、科研院所采购进口科研仪器设备采用备案制管理, 高校、科研院所所在同一预算年度内再

7. 采购人选择竞争性磋商采购方式的, 需符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 第三条的规定。

8. 表2中的“规格和配置技术参数”不得指定品牌型号。

9. 本表分表1和表2, 表1为三亚市政府采购计划备案(审核)表, 表2为政府采购采购项目详细需求表(填写时可增加附页); 预算单位应提交本表一式三份, 一份留政府采购监管

10. 通过本表报备政府采购计划的, 采购完成需付款时, 必须在GFMS采购系统填报采购计划、录入采购订单, 完成系统中的操作 (PPP项目、棚改购买服务项目除外)。

11. 有关表格请到“中国三亚门户网站—政府采购—相关文件 (http://www.sanya.gov.cn/)”下载。