

## 1.1 分项报价明细表

项目名称：儋州市为全市小学配备 AED 自动体外除颤仪      项目编号：HNYG2022-112-0502

序号	品名 名称	厂商	品牌规格型号	数量 /单 位	单价	单项总价	备注
1	AED 自动 体外 除颤 仪	久 心医 疗科 技 (苏 州) 有 限 公 司	品牌：久心医疗、型号：iAED-S2PC 2.1 安全及工作环境要求： 2.1.1 安全要求：符合 GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009 标准； 2.1.2 环境要求：符合 GB/T 14710-2009 标准； 2.1.3 电磁兼容要求：符合 GB9706.8-2009 标准； 2.1.4 工作温度范围满足 0℃~50℃；设备从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作 60 分钟。 <b>★2.1.5 具备优异的抗冲击、抗跌落、防尘、防水设计。抗冲击、抗跌落六面可承受 1.6 米高度跌落无损，防尘、防水级别可达 IP55。</b> 2.2 产品性能及指标要求： <b>★2.2.1 整机重量：≤2.2kg(含体外电极)；</b> 2.2.2 具备与机器一体的提手，可方便携带； 2.2.3 语音提示功能：具备中英文语音提示功能； <b>★2.2.4 开始充电到设备可选择的最大能量电击准备完成的时间≤7 秒；</b> <b>★2.2.5 输出能量：采用低能量双相波技术，支持成人以及小儿(儿童)患者，可实现一键切换，成人最大除颤能量≤200J，小儿最大除颤能量≤50J；</b> 2.2.6 电池具有超温报警、超压报警和超载报警。在室温温度环境下，电池待机寿命 5 年，除颤电极片有效期为 2.5 年，我司承诺在电极片过期前免费更换一副电极片，用于患者紧急更换，可保证电极片有效期 60 个月的使用。 2.3 设备远程管理系统： 2.3.1 数据导出功能：支持无线导出自检、抢救数据； 2.3.2 多语言指导：具备中英文语音提示，并可一键快速切换；	208	13800.00	2870400.00	

		<p>2.3.3 设备适应急救现场嘈杂环境下使用。设备可根据环境噪声自动调节音量，最大音量≥ 80dB。</p> <p>2.4 具有声光报警器功能。</p> <p>2.5 产品寿命可达 8 年。</p> <p>2.6 设备远程管理系统。</p> <p>2.7 数据导出功能：支持无线导出自检、抢救数据。</p> <p>2.8 存储容量：设备可存储 4000 份自检报告，40000 条日志。</p> <p>2.9 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。设备可根据环境噪声自动调节音量，最大音量≥ 80dB。</p> <p>2.10 显示/操作</p> <p>★2.10.1 彩色 LCD 显示屏 3.5 英寸：具备且可显示动画指导用户执行急救操作。</p> <p>2.10.2 具备屏幕亮度可调。设备可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。</p> <p>2.10.3 具备电池电量显示</p> <p>★2.11 低电量报警后可实施电击次数（最高能量）≥13 次。</p> <p>2.12 具备每日自动检测，且根据自检结果显示设备状态指示灯。</p>		
总价		<p>小写：¥2870400.00 元</p> <p>大写：人民币贰佰捌拾柒万零肆佰元整</p>		



投标单位：国药控股佛山医用耗材供应链有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：陈永照（签字或盖章）

日期：2022 年 07 月 11 日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。