

采 购 需 求

一、服务时间：本项目的合同期为三年。

二、服务地点：用户指定地点。

三、采购资金的支付方式、时间、条件

合同签订执行的第一个月内支付年保费用的 25%，第四个月
内支付年保费用的 25%，每三个月支付年保费用的 25%。多年联
保，以此类推（具体以签订合同时与采购人商讨为准）。

四、供应商资格要求：见招标公告

五、验收要求

由采购人组织有关部门按照国家有关标准和招标文件的规定采
购方进行验收，中标人须派技术人员按采购人指定地点现场共同验收。

六、服务要求：

（一）主要服务要求：

- 1、按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。
- 2、按照设备原厂商的质量标准进行校准。
- 3、提供 24 小时×365 天，维修热线电话支持。
- 4、每年提供四次（1 次/季度）预防性保养及保养耗材更新，并提供保养报告。
- 5、提供保修范围内不限次数的人工服务。
- 6、提供保修范围内的维修所需配件（旧件回收），所更换配件必须是原厂备件。
- 7、▲开机率保证：设备开机率保证达到 95%，全年按 365 天计算，即正常开机率达到 347 天，停机不超过 18 天（含节假日）。开机率低于 95%时，超过 1 天则顺延 3 天保修期。
- 8、▲合同期内，接到故障报修电话后，15 分钟内做出响应；电话报修后，工程师工作日必须在 30 分钟内到达现场维修，非工作日 4 个小时内到达现场维修（提供一名驻场工程师）



9、投标人要求是具有专业维修实力的技术服务公司，至少有三名及以上相关经验培训认证的维修服务工程师，能够提供长期的、可靠的、稳定的售后服务。（在投标文件中提供相关证明文件）。

10、投标人需保证其在经营无重大设备故障事故发生，并无行贿受贿记录。

11、▲投标人需具有医疗器械经营许可证。

12、▲投标人需具有医院医疗设备全生命周期信息化管理软件，满足采购方对设备管理的信息化需求，实现医院医疗设备全信息化运营管理目标。合同期满，如双方合作期满后不再续约，投标方需向采购方移交所有信息系统数据。（在投标文件中提供相关证明文件）。

13、▲投标人需具有辐射安全许可证。



(二) 设备机型及其他服务要求：

1、磁共振维保

1.1、维保具体内容及范围

保修范围：整机全保修。包括电子系统（含：磁体、线圈、计算机、梯度柜、射频柜、系统柜、病床等）、制冷系统（含：冷头、水冷机组、液氮、氮压机、高低氮压管、吸附器等）、工作站、人工费、差旅费等，不包括第三方生产设备（如激光相机、高压注射器、机房精密空调等）。

1.2、其他服务及商务要求：

1.2.1、设备品牌型号：

序号	设备名称	型号	生产厂家	备注
1	磁共振成像系	BrivoMR355	GE	包含磁体，线圈

2、CT 维保

2.1、维保具体内容及范围

保修范围：含球管和探测器的整机全保修。包含系统控制台、扫描机架旋转系统、数据采集及传输系统、高压发生器、工作站、人工费、差旅费等，不包括第三方生产设备（如激光相机、高压注射器、机房精密空调等）。

2.2、其他服务及商务要求：

2.2.1、设备品牌型号：

序号	设备名称	型号	生产厂家	备注
1	双排螺旋 CT	Hispeed Dual	GE	包含球管，探测器
2	64 排128 层螺旋 CT	Optima CT 660	GE	包含球管，探测器

2.2.2、其他服务要求：

(1) 投标人需承诺中标后进行更换球管。



(2) 投标人需承诺使用全新球管。（如在合同执行过程中，发现并未按照此项条款执行，院方可以立即中断本合同）

3、放射科产品维保

3.1、维保具体内容及范围

保修范围：含球管和探测器的整机全保修。包含系统控制台、扫描机架旋转系统、数据采集及传输系统、高压发生器、工作站、人工费、差旅费等，不包括第三方生产设备（如激光相机、机房精密空调等）。

3.2、其他服务及商务要求：

3.2.1、设备品牌型号：

序号	设备名称	型号	生产厂家	备注
1	医用诊断X 射线系统 (DR)	Definium6000	GE	包含球管，探测器
2	数字医用诊断X	D-VISIDNPLUS	日本岛津	包含球管，探测器

	射线透视摄像系统	50		
3	数字医用X 射线摄像系统	VX3733-SYS	美国锐珂	包含球管, 探测器
4	数字化乳腺X 射线诊断系统	FDR MS-1000	日本富士	包含球管, 探测器
5	高频移动X 射线摄像机	PLX101A	南京普爱	包含球管, 探测器
6	移动式C 形臂X 射线机	GE Brivo OEC 785	GE	包含球管, 探测器
7	口腔全数字X 射线机	Planmeca Prox	芬兰	包含球管, 探测器

3.2.2、其他服务要求:

(1) 投标人需提供至少 3 家放射科设备保修客户名单 (在投标文件中提供合同复印件备查)。

(2) 投标人需提供至少 1 家医院医疗设备运维管理服务的客户名单 (在投标文件中提供合同复印件备查)。

(3) 投标人需承诺使用全新球管。(如在合同执行过程中, 发现并未按照此项条款执行, 院方可以立即中断本合同)