

第三章 采购需求

一、设备清单

序号	设备名称	数量	单价 (万元/台)	总价 (万元)	质保期	分包	进口/国产
1	骨髓细胞形态学分析系统	1	21	21	3年	1包	国产

二、技术参数要求

1包：

(1)、骨髓细胞形态学分析系统

▲1、实时拍照与摄影：相机与显微镜通过数据线连接，实时获取镜下细胞影像，可随时抓取相应图像。同时需支持视频录制，可自由选择保存路径，支持导出照片或视频回放。

2、图片景深合成：可支持多张图片景深合成。

3、大图拼接：可拼接细胞高清大图。

4、相机参数配置：可以根据镜下视野背景光明暗情况，自定义配置相机相应的参数，包括曝光度、增益值、白平衡等。

5、支持多种报告类型：支持多种常见类型报告，如外周血、骨髓、胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、尿液、关节液、阴道分泌物等标本报告，同时可根据需要增加报告类型。报告录入包括图像拍摄，检验结果录入、结果描述及建议录入，录入之后生成的报告可以在报告预览界面中查看。

6、支持批量审核、打印操作：报告生成后需审核入库，才可打印发报告，支持对报告的批量审核，批量打印等操作。

7、工作日志：医生对报告内容的录入、审核、打印等操作动作均会被系统记录，记录信息包括操作人姓名、操作报告 ID，操作界面、操作内容、操作时间等。

8、查询功能：可根据时间、姓名、病人 ID 等信息进行报告的筛选查询。能够方便快捷的查找到相应的报告。

9、可支持对接医院的 LIS 系统，从 LIS 系统获取病人基础数据和样本数据，报告内容

录入并审核完成之后，可向 LIS 系统发送病人的图文报告。也支持手动创建病人档案和病历档案。

▲10、显微专用超清相机，超高像素、分辨率，高速 USB 供电

▲11、上百种诊断意见模板，包含外周血、骨髓、胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、尿液、关节液、阴道分泌物等标本报告，并且数据库定期更新。

12、智能骨髓/血片计数器主要用于骨髓细胞、细胞化学染色结果、外周血细胞分类计数，并自动计算分析出各项指标，它能与显微镜配合使用，能对骨髓细胞、外周血细胞进行全面的计数并自动计算分析出各项指标。

13、检验可用显微镜

14、检验可用打印机

三、商务要求

1、项目实施地点：由采购人指定地点

2、交付期：合同签订后，接到采购人书面通知之日起国产产品 45 天内，进口产品 90 天内交付合同标的设备到货、安装调试并验收合格。

3、采购货物可以享受海南自由贸易港免税政策的，原则上按照免税政策执行，供应商若无法执行，须在投标文件中提供生产厂家出具的说明，且承担相应后果。